

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia**Uwaga!** Zamawiający nie uzna odpowiedzi "tak/nie w odniesieniu do żadanego zakresu informacji "opisać"

Lp.	Wyszczególnienie	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez beczementowych stawu biodrowego
Pakiet Nr 3 - Endoprotezy monokondylarne stawu kolanowego			
Wymagane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez monokondylarnych stawu kolanowego			
1.	Część udowa:		
	uniwersalna	opisać	
	wykonana ze stopu chromo-kobaltowego	opisać	
	w min. 5 rozmiarach	wymienić dostępne rozmiary	
2.	Część piszczelowa:		
	wykonana ze stopu chromo-kobaltowego	opisać	
	anatomiczna (prawa, lewa)	opisać	
	w min. 5 rozmiarach	wymienić dostępne rozmiary	
3.	Wkładka stawowa		
	wykonana z polietylenu	opisać	
	przystosowana do kłykcia przyśrodkowego i pobocznego	Opisać	
	typ "mobile bearing" lub "fixed bearing"	Opisać	
4.	dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) na okres trwania umowy	opisać	
	Podać informację	Minimalny zakres informacji	Określić
1.	W ofercie możliwość zastosowania alternatywnie części piszczelowej typu "mobile bearing" i "fixed bearing" lub części piszczelowej wykonanej całkowicie z polietylenu	Opisać	
2.	dostępne grubości wkładki polietylenowej "mobile bearing" i "fixed bearing"	Wymienić	

.....
 Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty