



.....  
.....

**Znak: AE-5/22/2007**

Tarnów, 2007-04-25

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 EURO na dostawy stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów z elektrodami i osprzętem dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującą o treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 2 punkt 6 Załącznika Nr 2.2. Czy Zamawiający dopuści stymulatory DDDR z szerokością impulsu A/V od 0,12 do 1,5?
2. Dotyczy Pakietu Nr 2 punkt 5 Załącznika Nr 2.2. Czy Zamawiający dopuści stymulatory DDDR z histerezą jednokomorową?
3. Dotyczy Pakietu Nr 2 punkt 8 Załącznika Nr 2.3. Czy Zamawiający dopuści stymulatory VDDR z szerokością impulsu A/V od 0,12 do 1,5?
4. Dotyczy Pakietu Nr 2 punkt 5 Załącznika Nr 2.3. Czy Zamawiający dopuści stymulatory VDDR z histerezą jednokomorową?
5. Dotyczy Pakietu Nr 4. Czy Zamawiający dopuści kardiowerter- defibrylator jednojamowy 30J nie posiadający możliwości rejestracji zapisu RR w pamięci Holtera (24H), ale posiadający możliwość zapisu sygnałów wewnątrzsercowych (30 min.), z możliwością zapisu zdarzeń typu pierwsze wchodzi pierwsze wychodzi.

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 stymulatorów DDDR z szerokością impulsu A/V od 0,12 do 1,5 .

**Ad. 2** Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie wykluczała złożenia oferty w Pakiecie Nr 2 poz. 1 na stymulatory DDDR z histerezą jednokomorową, jednak Zamawiający preferuje opcje zaawansowane, których istotą jest histereza przedsionkowo-komorowa.

**Ad. 3** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 2 stymulatorów VDDR z szerokością impulsu A/V od 0,12 do 1,5 .

**Ad. 4** Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie wykluczała złożenia oferty w Pakiecie Nr 2 poz. 2 na stymulatory VDDR z histerezą jednokomorową, jednak Zamawiający preferuje opcje zaawansowane, których istotą jest histereza przedsionkowo-komorowa.

**Ad. 5** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 kardiowertera- defibrylatora jednojamowego 30J nie posiadającego możliwości rejestracji zapisu RR w pamięci Holtera (24H), ale posiadającego możliwość zapisu sygnałów wewnątrzsercowych (30 min.), z możliwością zapisu zdarzeń typu pierwsze wchodzi pierwsze wychodzi.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a