

Stymulator SSIR

L.p.	Parametry wymagane	Parametry oferowane (podać)	Ocena punktowa
1.	gniazda do elektrod IS-1		wymagane
2.	rok produkcji 2006 lub 2007		wymagane
3.	funkcja "rate adaptive" - podać i opisać		wymagane
4.	częstość stymulacji 30-160 lub więcej		wymagane
5.	możliwość zmiany amplitudy impulsu od min. 0,5 V		wymagane
6.	szerokość impulsu od 0,2 do 1,5 ms lub szerzej		wymagane
7.	czułość komorowa co najmniej w zakresie 1,0 - 7,5 mV lub szerzej		wymagane
8.	czułość przedsionkowa od 0,5 mV lub niżej		wymagane
9.	polarność stymulacji i wyczuwania, unipolarny, bipolarny we wszystkich ustawieniach		wymagane
10.	program nocny (i) lub histereza		wymagane
11.	dostarczenie i serwisowanie urządzeń programujących		wymagane
	Parametry oceniane	Parametry oferowane (podać)	Ocena punktowa
1.	czas do wymiany (min 6 lat)		do 7 lat - 3 pkt, powyżej 7 lat - 5 pkt
2.	automatyczne określanie skutecznego progu stymulacji przez stymulator		Nie - 0 pkt, Tak -5 pkt
3.	automatyczny opis stanu baterii i/lub przewidywanej żywotności stymulatora		Nie - 0 pkt, Tak - 3 pkt
4.	na ekranie programatora dane z poprzedniej wizyty		Nie - 0 pkt, Tak - 2 pkt,
5.	brak interferencji z tel. komórkowymi (udokumentowany)		Nie - 0 pkt, Tak - 2 pkt,
6.	Elektrody A i V aktywne, pasywne i ew. universalne		za jeden rodzaj - 1 pkt, za dwa rodzaje - 2 pkt, za trzy rodzaje - 3 pkt pkt
7.	elektrody A i V sterydowe		Nie - 0 pkt, Tak - 4 pkt
8.	czasowe programowanie / kanału, trybu, częstości (podać)		Nie - 0 pkt, Tak - 1 pkt,
9.	holter wewnętrzny (opisać)		Nie - 0 pkt, Tak - 3 pkt
	Parametry do określenia	Parametry oferowane (podać)	Ocena punktowa
1.	rodzaj stymulacji		bez pkt
20.	wartość amplitudy stymulacji V (zakres)		bez pkt
21.	automatyczna sygnalizacja do wymiany stymulatora		bez pkt
22.	dane pacjenta, numer ident., wskazania do reimplantacji (podać)		bez pkt
23.	dane fabryczne stymulatora (podać)		bez pkt
25.	szerokość stymulatora		bez pkt
26.	grubość (mm)		bez pkt
27.	objętość (cm ³)		bez pkt
28.	waga		bez pkt
29.	Załączyć Technical Manual - w języku polskim jeżeli to możliwe		bez pkt

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty