

Stymulator DDDR

L.p.	Parametry wymagane	Parametry oferowane (podać)	Ocena punktowa
1.	gniazda do elektrod IS-1		wymagane
2.	rok produkcji 2006 lub 2007		wymagane
3.	program nocny lub histereza		wymagane
4.	częstość stymulacji 30-160 lub więcej		wymagane
5.	możliwość zmiany amplitudy impulsu od min. 0,5 V		wymagane
6.	szerokość impulsu A/V od 0,1 do 1,5 ms		wymagane
7.	czułość komorowa co najmniej w zakresie 1,0 - 7,5 mV lub szerzej		wymagane
8.	polarność stymulacji, unipolarny, bipolarny we wszystkich ustawieniach		wymagane
9.	A-V delay zależny od częstości rytmu		wymagane
10.	możliwość oceny progu stymulacji threshold		wymagane
11.	funkcja rate adaptive		wymagane
12.	elektrody A i V sterydowe		wymagane
13.	dostarczenie i serwisowanie urządzeń programujących		wymagane
	Parametry oceniane	Parametry oferowane (podać)	Ocena punktowa
1.	czas do wymiany >= 6 lat		powyżej 6 do 7 lat - 1 pkt, powyżej 7 do 8 lat - 2 pkt, powyżej 8 - 5 pkt
2.	czułość przedsionkowa od 0,1 mV		poniżej 0,15 mV - 5 pkt, poniżej 0,2 mV - 2 pkt, 0,2 mV lub więcej - 0 pkt
3.	funkcja switch mode (opisać)		Nie - 0 pkt, Tak - 5 pkt
4.	automatyczny opis stanu baterii i/lub przewidywanej żywotności stymulatora		Nie - 0 pkt, Tak - 3 pkt
5.	zaawansowane opcje histerezy preferujące rytm własny (opisać)		Nie - 0 pkt, Tak - 5 pkt
6.	elektrody A i V aktywne i pasywne i ew. uniwersalne		za jeden rodzaj - 1 pkt, za dwa rodzaje - 2 pkt, za trzy rodzaje - 3 pkt
	Parametry do określenia	Parametry oferowane (podać)	Ocena punktowa
1.	"upper rate" (zakres)		bez pkt.
2.	rodzaj stymulacji		bez pkt.
3.	wartość amplitudy stymulacji A/V (zakres)		bez pkt.
4.	automatyczna sygnalizacja do wymiany stymulatora		bez pkt.
5.	dane fabryczne stymulatora (podać)		bez pkt.
6.	czasowe programowanie / kanału, trybu, częstości (podać)		bez pkt.
7.	szerokość stymulatora		bez pkt.
8.	grubość (mm)		bez pkt.
9.	objętość (cm ³)		bez pkt.
10.	waga		bez pkt.
11.	Załączyć Technical Manual - w języku polskim jeżeli to możliwe		bez pkt.

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty