



.....
.....
.....

Znak: AE-5/23/2007

Tarnów, 2007-04-03

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości pomiędzy 60.000 EURO a 211.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych, siatek do powięzi mięśni.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej o treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw jak w opisie z igłą 18G i przewodnikiem 0,35”?
2. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-3, 7, 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tego asortymentu lub dopuści start na pozycje w tym pakiecie?
3. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści długość 830 mm?
4. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.. 1. Czy Zamawiający dopuści do wyceny standardowe op. = 100 szt. z przeliczeniem?
5. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści skuteczność filtracji 99,9999%?
6. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz.. Czy Zamawiający ma na myśli dezynfekcję np. za pomocą roztworu wody i alkoholu?
7. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 cewniki dwuświatłowe w zestawach o rozmiarach: 12Fr i długości 15 cm, składające się z : kateter dwukanałowy 12F, igła 17G i długości 7 cm, przewodnika stalowego 0,98 mm i długości 59 cm, dylatora-rozszerzacza, skalpela i koreczków?
8. Dotyczy Pakietu Nr 21. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do HSG składający się z przezroczystego kielicha oraz dwóch kateterów: zewnętrzny kateter do podłączenia źródła próżni oraz wewnętrzny kateter do wprowadzania kontrastu. Zaciśnięci szyjki na kaniuli uzyskuje się poprzez wytworzenie stopniowej próżni?
9. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający dopuści rurki tracheotomijne z oznaczeniem rozmiaru rurki w części rurki widocznej na zewnątrz, tj. na kołnierzu rurki, która to część jest widoczna dla personelu medycznego bez konieczności wyjmowania pacjentowi rurki z tchawicy w celu odczytania rozmiaru
10. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 4, 5 i 6. Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu Nr 6 pozycje 4, 5 i 6 do odrębnego pakietu?
11. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4. Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu Nr 5 poz. 4 do odrębnego pakietu?
12. Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu systemowego, dwuczęściowego, składającego się z siatki zewnętrznej, półsztywnej, anatomicznie ukształtowanej z otworem na powróżek, o wymiarach 4,5 x 10 cm, grubość siatki 0,53 mm, średnica nitki: 180 µm, gramatura 177 g/m² oraz siatki wewnętrznej okrągłej, półsztywnej o średnicy 5 cm z bocznie położonym otworem na powróżek, siatki niepołączone trwale.
13. Dotyczy Pakietu Nr 28. Czy Zamawiający wymaga siatek o grubości 0,45 mm i gramaturze 112 g/m².



14. Dotyczy Pakietu Nr 31. Czy Zamawiający wymaga żeby igły do punkcji mostka posiadały zdejmowany uchwyt motylkowy?
15. Dotyczy Rozdziału XIV do SIWZ, Ogólne Warunki Umowy pkt 8. Wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej: a) za każdy dzień zwłoki z 0,5% do 0,1% wysokości zamówionej partii towaru; b) w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości z 0,5% do 0,1% wartości zamówionej partii towaru.
16. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały silnikowe końcówki oraz nadruk wypełnienia objętości na ramionach?
17. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw zawierał opatrunek i obłożenie?
18. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający miał na myśli jedynie cewnik, czy cewnik w zestawie do implementacji?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1. zestawów jak w opisie ale z igłą 18G i przewodnikiem 0,35”

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 5 poz. 1-3, 7, 8. Nie wyraża również zgody na składanie oferty na poszczególne pozycje w tym pakiecie.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 1 przewodnic o długość 830 mm.

Ad. 4 W Pakiecie Nr 10 poz.. 1, jak również w pozostałych pakietach, w Formularzu Cenowym Zamawiający określił wielkość zamówienia w sztukach, natomiast od Wykonawców wymaga podania wielkości opakowań i liczby opakowań odpowiadającej wielkości zamówienia określonej w kolumnie czwartej Formularza Cenowego. Cena jednostkowa ma być podana za opakowanie.

Ad. 5 W Pakiecie 13 poz. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 13 poz. 2 filtrów o mniejszej skuteczności filtracji niż podana w formularzu Cenowym, tj. 99,99999%

Ad. 6 W Pakiecie Nr 23 poz..1 Zamawiający ma na myśli dezynfekcję za pomocą roztworu wody i środka dezynfekcyjnego.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 w zestawach innych niż opisane w Formularzu Cenowym, w tym w wersji zaproponowanej tj. „cewniki dwuświatłowe w zestawach o rozmiarach: 12Fr i długości 15 cm, składające się z: kateter dwukanałowy 12F, igła 17G i długości 7 cm, przewodnika stalowego 0,98 mm i długości 59 cm, dylatora-rozszerzacza, skalpela i koreczków”.

Ad. 8 Zamawiający dopuści złożenie w Pakiecie Nr 21 oferty na przyrząd do HSG składający się z przezroczystego kielicha oraz dwóch kateterów: zewnętrzny kateter do podłączenia źródła próżni oraz wewnętrzny kateter do wprowadzania kontrastu. Zaciśnięci szyjki na kaniuli uzyskuje się poprzez wytworzenie stopniowej próżni.

Ad. 9 W Pakiecie Nr 6 poz. 1 i 2. Zamawiający wymaga zaoferowania rurek tracheotomijnych zgodnych z opisem podanym w Formularzu Cenowym.

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnego pakietu pozycji 4, 5 i 6 z Pakietu Nr 6.

Ad 11 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnego pakietu poz. 4 z Pakietu Nr 5.

Ad 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 29 poz. 1. zestawu systemowego, dwuczęściowego, składającego się z siatki zewnętrznej, półsztywnej, anatomicznie ukształtowanej z otworem na powróżek, o wymiarach 4,5 x 10 cm, grubość siatki 0,53 mm, średnica nitki: 180 µm, gramatura 177 g/m² oraz siatki wewnętrznej okrągłej, półsztywnej o średnicy 5 cm z bocznie położonym otworem na powróżek, siatki niepołączone trwale.

Ad. 13 W Pakiecie Nr 28 poz. 1 i 2 Zamawiający wymaga zaoferowania siatek zgodnych z opisem podanym w Formularzu Cenowym, opis nie wyklucza siatek o grubości 0,45 mm i gramaturze 112 g/m².

Ad. 14 W Pakiecie Nr 31 igły do punkcji mostka muszą mieć rękojeść (uchwyt motylkowy), ale nie musi być ona zdejmowana.

Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy.

Ad. 16 Zamawiający wymaga aby cewniki oferowane w Pakiecie Nr 1 poz. 1 i 2 posiadały nadruk wypełnienia objętości na ramionach.

Ad. 17 Zamawiający nie wymaga aby zestawy oferowane w Pakiecie Nr 1 poz. 1 posiadały opatrunek i obłożenie.

Ad. 18 Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 1 poz. 2 cewników w zestawie do implementacji.

Równocześnie Zamawiający informuje, że wykreśla w Formularzu Ofertowym pkt. V.5.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a