



.....
.....

Znak: AE-5/23/2007

Tarnów, 2007-04-06

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości pomiędzy 60.000 EURO a 211.000 EURO na dostawę sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych, siatek do powięzi mięśni.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej o treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-3. Z uwagi na fakt, iż folie operacyjne są wykorzystywane przy długotrwałych zabiegach chirurgicznych, w związku z czym mają bezpośredni i najdłuższy kontakt z ciałem pacjenta oraz z otwartą raną czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z Dyrektywą Europejską 93/42/EEC wyrób ten był klasyfikowany jako wyrób medyczny klasy IIa?
2. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 15 x 28 cm i powierzchni przylepnej 15 x 20 cm lub w rozmiarze całkowitym 30 x 28 cm i powierzchni przylepnej 30 x 20 cm?
3. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 45 x 28 cm i powierzchni przylepnej 45 x 20 cm?
4. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 45 x 55 cm i powierzchni przylepnej 45 x 48 cm?
5. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym, koreczków znajdowała się informacja o numerze katalogowym, nazwie producenta, dacie ważności i numerze serii?
6. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4. Prosimy o dopuszczenie rurki tracheotomijnej w rozmiarze 8,5?
7. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5. Czy Zamawiający wymaga aby rurki posiadały haczyk na ostrogę?
8. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści tolerancję długości i rozmiaru przewodnic +/- 10%?
9. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z PCV silikonowanego, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
10. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 4 i 6. Prosimy o wyłączenie w/w pozycji z pakietu.
11. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 5. Czy pod pojęciem Soft Seal Zamawiający rozumie mankiety nieprzepuszczające się pod wpływem gazów anestetycznych potwierdzone w instrukcji użycia?
12. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1. Czy można zaoferować przewodnicę jednorazową, zbrojoną dającą możliwość trwałego ukształtowania?
13. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga aby przewodnica do trudnych intubacji umożliwiała wentylację podczas jej użycia?
14. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 2. Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka przy określeniu wartości VT250 skoro jest to filtr dla dorosłych?
15. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści wydajność 27 mg/l przy VT 500?.
16. Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 2. Czy zawór odcinający ma być automatyczny?
17. Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga, aby czas używania zestawu był potwierdzony w instrukcji użycia?

18. Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Folie operacyjne zaoferowane w Pakiecie Nr 3 poz. 1-3 mogą, ale nie muszą być klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy IIa

Ad. 2 Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 1 dopuści folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 15 x 28 cm i powierzchni przylepnej 15 x 20 cm lub w rozmiarze całkowitym 30 x 28 cm i powierzchni przylepnej 30 x 20 cm.

Ad. 3 Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 2 dopuści folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 45 x 28 cm i powierzchni przylepnej 45 x 20 .

Ad. 4 Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 3 dopuści folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 45 x 55 cm i powierzchni przylepnej 45 x 48 cm.

Ad. 5 Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym oferowanych w Pakiecie Nr 4 poz. 1 koreczków znajdowała się informacja o dacie ważności i numerze serii.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz.. 4. rurki tracheotomijnej w rozmiarze 8,5.

Ad. 7 Zaoferowane w Pakiecie Nr 5 poz. 5. rurki mogą, ale nie muszą posiadać haczyk na ostrogę.

Ad. 8 Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 8 nie dopuści tolerancji długości i rozmiaru przewodnic +/- 10%.

Ad. 9 Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 1 nie dopuści rurek wykonanych z PCV silikonowanego.

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 6 pozycji 4 i 6.

Ad. 11 W Pakiecie Nr 6 poz. 5. pod pojęciem Soft Seal Zamawiający rozumie mankiet nieprzepływający się pod wpływem gazów anestetycznych - potwierdzone badaniami klinicznymi.

Ad. 12 W Pakiecie Nr 7 poz. 1. należy zaoferować przewodnicę zgodną z opisem podanym w Formularzu Cenowym, a więc przewodnicę wielorazową.

Ad. 13 W Pakiecie Nr 7 poz. 1. należy zaoferować przewodnicę zgodną z opisem podanym w Formularzu Cenowym, a więc przewodnicę umożliwiającą wentylację pacjenta.

Ad. 14 W Pakiecie Nr 13 poz. 2 należy zaoferować zgodnie z opisem podanym w Formularzu Cenowym filtr antybakteryjny mechaniczny dla dorosłych z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji min. 99,99999% oraz wydajności min. 34 mg/l przy VT 250 ml, sterylny

Ad. 15 W Pakiecie Nr 13 poz. 2. Zamawiający nie dopuści filtra o wydajność 27 mg/l przy VT 500.

Ad. 16 W Pakiecie Nr 36 poz. 2. należy zaoferować cewnik do odsysania oskrzeli z zaworem odcinającym, który nie jest automatyczny.

Ad. 17 Zamawiający wymaga, aby w Pakiecie Nr 36 poz. 2. czas używania zestawu był potwierdzony w instrukcji użycia.

Ad. 18 Na tym etapie postępowania Zamawiający nie może określić czy będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji zgodności zaoferowanego produktu z wymogami Zamawiającego zawartymi w SIWZ. W razie wątpliwości Zamawiający będzie działał w granicach określonych w art. 87 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a