

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia**Uwaga!** Zamawiający nie uzna odpowiedzi "tak/nie w odniesieniu do żadanego zakresu informacji "opisać"

Lp.	Wyszczególnienie	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez bezcementowych stawu biodrowego
	Endoprotezy stawu biodrowego typu "Resurfacing"		
	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez stawu biodrowego typu "Resurfacing"		
1.	Część udowa:		
	komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-Chromowego bez zastosowania wkładki polietylenowej (artykulacja metal-metal)	opisać	
	w rozmiarach od 39 - 63 mm lub 38 - 60 średnicy zewnętrznej	wymienić dostępne rozmiary	
2.	Część panewkowa:		
	wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego z porowatą powierzchnią zewnętrzną pokrytą hydroksyapatytem	opisać	
3.	System z opcją rewizyjną elementu udowego tzw. głową XL kompatybilną z trzpieniem o stożku 12/14	opisać	
4.	Adaptory w 3 rozmiarach umożliwiających zastosowanie standardowych trzpieni	Opisać (w tym podać rozmiary)	
5.	dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) na okres trwania umowy	opisać	
	Podać informację	Minimalny zakres informacji	Określić
1.	Podać średnice zewnętrzne systemu rewizyjnego elementu udowego tzw. głowy XL kompatybilnej z trzpieniem o stożku 12/14	wymienić dostępne rozmiary	

.....

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty