



.....
.....

Znak: AE-5/29/2007

Tarnów, 2007-04-27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości pomiędzy 60.000 EURO a 211.000 EURO na dostawę sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej o treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycje 1 - 6. Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych wykonane z teflonu (FEP), spełniające pozostałe wymagane parametry?
2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych w rozmiarze 22G/25 mm/0,8 mm?
3. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych w rozmiarze 20G/32-33 mm/1,0 mm?
4. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych w rozmiarze 18G/32-45 mm/1,2 mm?
5. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych w rozmiarze 16G/45 mm/1,7 mm?
6. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 – 6. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli opisując przedmiot zamówienia: stały koreczek/zatyczka?
7. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowy o rozmiarze 22G/0,7/50 mm?
8. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowy o rozmiarze 1,1 mm/90 mm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 pozycje 1 - 6 kaniuli do wlewów dożylnych wykonanych z teflonu (FEP), spełniających pozostałe wymagane parametry.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 2 kaniuli do wlewów dożylnych w rozmiarze 22G/25 mm/0,8 mm.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 3 kaniuli do wlewów dożylnych w rozmiarze 20G/32-33 mm/1,0 mm.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 4 kaniuli do wlewów dożylnych w rozmiarze 18G/32-45 mm/1,2 mm.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 6 kaniuli do wlewów dożylnych w rozmiarze 16G/45 mm/1,7 mm.

Ad. 6. W Pakiecie Nr 1 poz. 1 – 6 opisując przedmiot zamówienia: stały koreczek/zatyczka Zamawiający miał na myśli koreczek/zatyczkę na stałe połączony z kaniulą.

Ad. 7. Igła do nakłuć lędźwiowy o rozmiarze 22G/0,7/50 mm jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego odnoszącymi się do igieł ujętych w Pakiecie Nr 5 poz. 1.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 7 igieł do nakłuć lędźwiowy o rozmiarze 1,1 mm/90 mm

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

