



.....
.....

Znak: AE-5/30/2007

Tarnów, 2007-04-27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującą o treści:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 8 dopuści ofertę złożoną wyłącznie na pozycje 8.7, 8,8 będące akcesoriami do produktów firmy Karl Storz?
2. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 9 dopuści ofertę na igłę Veressa o długości 12 cm (pozycja 2), a nie 15 jak podano w opisie?
3. Czy Zamawiający może uściślić typ graspera wielorazowego użytku (pozycja 5) w Pakiecie Nr 9?
4. Czy Zamawiający może uzupełnić informację dotyczącą typu uszczelki do trokarów (pozycja 8) w Pakiecie Nr 9?
5. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 9 dopuści ofertę złożoną na wszystkie pozycje za wyjątkiem pozycji nr 1?
6. Dotyczy Pakietu Nr 2 . Czy Zamawiający dopuści prowadnice do trudnych intubacji, wielokrotnego użytku, bez kanału umożliwiającego wentylację?
7. Dotyczy Pakietu Nr 2. Czy Zamawiający ma na myśli prowadnice do trudnych intubacji z kanałem umożliwiającym wentylację, jednorazowego użytku.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zgodnie z zapisem w Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 8 każda pozycja stanowi odrębny pakiet.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 2 igły Veressa o długości 12 cm.

Ad. 3 W Pakiecie Nr 9 poz. 5 należy zaoferować kleszczyki do graspera wielorazowego użytku o parametrach zgodnych z kleszczykami firmy STORZ Nr kat. 33423AG.

Ad. 4 W Pakiecie Nr 9 poz. 8 należy zaoferować uszczelki do trokara 60/10 o parametrach zgodnych z uszczelkami firmy STORZ Nr kat. 7616690.

Ad. 5 Zamawiający wyłącza z Pakietu Nr 9 poz. nr 1 i tworzy z niej odrębny Pakiet Nr 1A.

Ad. 6 – 7. W Pakiecie Nr 2 Zamawiający w Formularzu Cenowym dopuszcza zaoferowanie prowadnic do trudnych intubacji, umożliwiających wentylację pacjenta, elastycznych, jałowych, jednorazowego użytku, Nr 5,0, długość 700-800 mm”

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami ustala się nowy termin składania ofert na dzień 04 maja 2007 r. godzina 12⁰⁰, natomiast otwarcie ofert nastąpi 04 maja 2007 r. o godzinie 12³⁰.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a