



.....
.....

Znak: AE-5/33/2007

Tarnów, 2007-05-29

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 211.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej o treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 34. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów stalowych o długościach 9 – 28 mm (dla średnicy 3,0 posiada 8 wymiarów), spełniających pozostałe wymagania?
2. Dotyczy Pakietu Nr 35. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów kobaltowo-chromowych o średnicach podstawowych: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm oraz o długościach 9 – 27 mm (dla średnicy 3,0 występuje 6 wymiarów), spełniających pozostałe wymagania?
3. Dotyczy Pakietu Nr 36. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów kobaltowo-chromowych o długościach w przedziale 9 do 27 mm (dla średnicy 3,0 występuje 6 wymiarów) i wymiarze oczka dla średnicy 3,0 wynoszącego 3,0 mm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 34 stentów stalowych o długościach 9 – 28 mm (dla średnicy 3,0 posiadający 8 wymiarów) jako spełniających wymagania określone w Załączniku Nr 2 pkt 3 dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 34, pod warunkiem, że spełniają również pozostałe wymagania.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 35 stentów kobaltowo-chromowych o średnicach podstawowych: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm oraz o długościach 9 – 27 mm (dla średnicy 3,0 występuje 6 wymiarów), spełniających pozostałe wymagania. Oferowane w Pakiecie Nr 35 stenty muszą posiadać wymienione przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 średnice tj. 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5 mm.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 36 stentów kobaltowo-chromowych o długościach w przedziale 9 – 27 mm (dla średnicy 3,0 występuje 6 wymiarów) i wymiarze oczka dla średnicy 3,0 mm wynoszącego 3,0 mm. Oferowane w Pakiecie Nr 36 stenty muszą posiadać dla średnicy 3,0 mm określony przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 wymiar oczka równy lub powyżej 4,2 mm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a