



.....
.....

Znak: AE-5/33/2007

Tarnów, 2007-06-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 211.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej o treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 28. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników balonowych o średnicach 1,5 – 4,5 mm? Pozostałe parametry jak w SIWZ.
2. Dotyczy Pakietu Nr 29. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników balonowych o ciśnieniu nominalnym równym 8 atm i o parametrach przewyższających wymagania Zamawiającego?
3. Dotyczy Pakietu Nr 32. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów wieńcowych o 6 wymiarach dla średnicy 3,0 i o parametrach przewyższających wymagania Zamawiającego?
4. Dotyczy Pakietu Nr 28. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie składania ofert na cewniki balonowe angioplastyczne do zabiegów w trybie pilnym o ciśnieniu nominalnym równym 8 atm i długościach od 1,5 do 4,0 mm.
5. Dotyczy Pakietu Nr 32. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie składania ofert na stenty wieńcowe na cewniku balonowym do zabiegów w trybie pilnym o długościach od 8 do 40 mm i ciśnieniu nominalnym 10 atm.
6. Dotyczy Pakietu Nr 36. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie składania ofert na stenty wieńcowe na cewniku balonowym kobaltowo-chromowe do rozgałęzień o długościach od 8 do 40 mm i ciśnieniu nominalnym dla 2,0 – 2,5 równym 8 atm i dla 2,75 – 5,0 równym 10 atm.
7. Dotyczy Pakietu Nr 35. Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie stentów wieńcowych kobaltowo-chromowych do małych i średnich naczyń, stenty o średnicach 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 spełniających pozostałe wymagania ?
8. Dotyczy Pakietu Nr 39. Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie stentów wieńcowych pokrytych polimerem uwalniającym lek antyproliferacyjny, stenty o średnicach 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 spełniające pozostałe wymagania?
9. Dotyczy Pakietu Nr 41. Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie zestawów do protekcji dystalnej przy zabiegach angioplastyki z koszyczkiem do zastosowania w naczyniach 2,5 – 4,8 i 4,0-7,0 mm?
10. Dotyczy Pakietu Nr 32. Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentu wieńcowego o długościach: 10, 14, 18, 24, 28, 38 mm i średnicach od 2,0 do 4,0 mm oraz o przyroście średnicy dla systemu 3,0 mm równym 0,30 mm?
11. Dotyczy Pakietu Nr 33. Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentu wieńcowego o długościach: 10, 14, 18, 24, 28, 38 mm i średnicach od 2,0 do 4,0 mm?
12. Dotyczy Pakietu Nr 39. Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentu wieńcowego pokrytego polimerem uwalniającym lek antyproliferacyjny o długościach: 10, 14, 18, 24, 28, 38 mm i średnicach od 2,0 do 4,0 mm?



13. Czy Zamawiający będzie traktował ciśnienia atm i bar jako 1:1?

14. Czy Zamawiający będzie wymagał uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa notarialnego dla osoby podpisującej ofertę?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w Pakiecie Nr 28 cewników balonowych o średnicach 1,5 – 4,5 mm. Oferowane w Pakiecie Nr 28 cewniki balonowe muszą posiadać wymienione przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do SIWZ średnice tj. 1,5 – 5,0 mm.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 29 cewników balonowych o ciśnieniu nominalnym równym 8 atm. Oferowane w Pakiecie Nr 29 cewniki balonowe muszą posiadać wymienione przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do SIWZ ciśnienie nominalne równe lub poniżej 6 atm.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 32 stentów o 6 wymiarach dla średnicy 3,0. Oferowane w Pakiecie Nr 32 stenty muszą posiadać co najmniej 7 wymiarów dla średnicy 3,0 mm jak określił Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w Pakiecie Nr 28 cewników balonowych o ciśnieniu nominalnym 8 atm i średnicach 1,5 – 4,0 mm. Oferowane w Pakiecie Nr 28 cewniki balonowe muszą posiadać wymienione przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do SIWZ średnice tj. 1,5 – 5,0 mm i ciśnienie nominalne poniżej 8 atm.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 32 stentów o ciśnieniu nominalnym 10 atm. Oferowane w Pakiecie Nr 32 stenty muszą posiadać ciśnienie nominalne równe lub poniżej 9 atm, jak określił Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 36 stentów o długościach od 8 do 40 mm i ciśnieniu nominalnym dla 2,0 – 2,5 równym 8 atm i dla 2,75 – 5,0 równym 10 atm. Oferowane w Pakiecie Nr 36 stenty muszą posiadać ciśnienie nominalne równe lub poniżej 9 atm, jak określił Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 35 stentów wieńcowych kobaltowo-chromowych o średnicach 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 spełniających pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 39 stentów wieńcowych pokrytych polimerem uwalniającym lek antyproliferacyjny o średnicach 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 spełniające pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 41 zestawów do protekcji dystalnej przy zabiegach angioplastyki z koszyczkiem do zastosowania w naczyniach 2,5 – 4,8 i 4,0-7,0 mm.

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie w Pakiecie Nr 32 stentu wieńcowego o długościach: 10, 14, 18, 24, 28, 38 mm i średnicach od 2,0 do 4,0 mm oraz o przyroście średnicy dla systemu 3,0 mm równym 0,30 mm. Oferowane w Pakiecie Nr 32 stenty muszą posiadać min. 7 wymiarów dla średnicy 3,0 mm oraz przyrost średnicy dla systemu 3,0 przy użyciu RBP równy lub powyżej 0,36 mm (jak określił Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do SIWZ).

Ad.11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie w Pakiecie Nr 33 stentu wieńcowego o długościach: 10, 14, 18, 24, 28, 38 mm i średnicach od 2,0 do 4,0 mm Oferowane w Pakiecie Nr 33 stenty muszą posiadać (jak określił Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do SIWZ) min. 7 wymiarów dla średnicy 3,0 mm

Ad.12 Zamawiający dopuszcza zaproponowanie w Pakiecie Nr 39 stentu wieńcowego pokrytego polimerem uwalniającym lek antyprofleracyjny o długościach: 10, 14, 18, 24, 28, 38 mm i średnicach od 2,0 do 4,0 mm.

Ad.13 Zamawiający nie będzie traktował ciśnienia atm i bar jako 1:1.

Ad.14 Wykonawca składając wraz z ofertą przetargową pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy nie jest zobowiązany do wniesienia opłaty skarbowej. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych opublikowaną na stronie internetowej www.uzp.gov.pl w dziale Informacje i Opinie Prawne : „.....złożenie dokumentu pełnomocnictwa (do reprezentowania i/lub zawarcia umowy), prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika (prokurenta) wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie podlega opłacie skarbowej”. Opinię tę potwierdza również pismo Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat w Ministerstwie Finansów (PL-835-94/LM/EO/07219), które mówi wprost, że pełnomocnictwa składane w przetargach nie wymagają wniesienia opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a