



.....
.....

Znak: AE-5/33/2007

Tarnów, 2007-06-19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 211.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej o treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 35. Czy w Pakiecie Nr 35 Zamawiający dopuści stenty kobaltowo-chromowe modularne o średnicach podstawowych: 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 4,0, 4,5 ?
2. Dotyczy Pakietu nr 36. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie próbek w rozmiarze 3,0 x 23 mm?
3. Dotyczy Pakietu Nr 35. Czy w Pakiecie Nr 35 Zamawiający dopuści stenty kobaltowo-chromowe modularne o średnicach podstawowych: 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,5 4,0 ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 35 stentów kobaltowo-chromowych modularnych o średnicach podstawowych: 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 4,0, 4,5, z uwagi na brak stentu o średnicy 3,5 mm.

Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 36 próbek w rozmiarze 3,0 x 23 mm

Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 35 stentów kobaltowo-chromowych modularnych o średnicach podstawowych: 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a