

Ocena w kryterium parametry techniczne

Kryteria oceny parametrów technicznych	Punktacja
Pakiet Nr 28	
Średnice (mm) od 1,5 do 5,0	zgodność z opisem - 0 pkt. dostępność średnicy 1,25 mm - 100 pkt.
Pakiet Nr 29	
Średnica shaftu dystalnego równa lub mniejsza niż 2,5F	brak w ofercie - 0 pkt.
	dostępność w ofercie - 100 pkt.
Pakiet Nr 30	
Średnice (mm) od 1,5 do 3,0 w tym 2,75	zgodność z opisem - 0 pkt. dostępność średnicy 1,25 mm - 100 pkt
Pakiet Nr 31	
Średnice (mm) od 2,5 do 4,5	zgodność z opisem - 0 pkt. dostępność średnicy 5,0 mm - 50 pkt
Ciśnienie RBP dla średnicy 3,0 mm równe lub powyżej 18 atm	zgodność z opisem - 0 pkt ciśnienie RBP dla średnicy 3,0 mm równe lub większe 20 atm. - 50 pkt
Pakiet Nr 32	
Ciśnienie nominalne równe lub mniejsze niż 9 atm.	zgodność z opisem - 0 pkt ciśnienie nominalne poniżej 7 atm. - 100 pkt
Pakiet Nr 33	
Przeznaczony do zabiegów na rozgałęzieniach (możliwość uzyskiwania odpowiednio szerokich oczek bez utraty właściwości - dla systemu 3,0 mm wymiar oczka równy lub powyżej 4,2 mm)	zgodność z opisem - 0 pkt., wymiar oczka powyżej 4,3 mm dla systemu 3,0 mm - 100 pkt
Pakiet Nr 34	
Dostępność średnicy 4,5 mm	brak w ofercie - 0 pkt. dostępność średnicy 4,5 mm - 100 pkt.
Pakiet Nr 35	
Ciśnienie nominalne równe lub poniżej 9 atm.	zgodność z opisem - 0 pkt ciśnienie nominalne poniżej 7 atm. - 100 pkt
Pakiet Nr 36	
Przeznaczony do zabiegów na rozgałęzieniach (możliwość uzyskiwania odpowiednio szerokich oczek bez utraty właściwości - dla systemu 3,0 mm wymiar oczka równy lub powyżej 4,2 mm)	zgodność z opisem - 0 pkt wymiar oczka powyżej 4,3 mm dla systemu 3,0 mm - 100 pkt
Pakiet Nr 37	
Przyrost średnicy dla systemu 4,5 przy użyciu RBP powyżej 0,36 mm	brak w ofercie - 0 pkt.
	dostępność w ofercie - 100 pkt.
Pakiet Nr 39	
Późna utrata światła w stencie (mm) według danych z randomizowanego badania, oceniany w co najmniej 6 miesiącu	brak danych - 0 pkt wartość poniżej 0,45 mm - 100 pkt