

Wymagane parametry techniczne histeroskopu

Lp		Parametry wymagalne	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość)
1.	Optyka endoskopowa, kąt patrzenia 30°, średnica od 2,5 do 2,90 mm, długość od 27 cm do 30 cm, transmisja obrazu poprzez układ soczewek teleskopowych, autoklawowalna z wbudowanymi włóknami światłowodowymi - 1 szt	TAK	
2.	Przepływowy płaszcz operacyjny do wykorzystania z płaszczem zewnętrznym stałoprzepływowym, owalny, średnica od 4,00 mm do 4,9 mm, z kanałem instrumentowym na narzędzia półsztywne 5 Fr, zawór dopływowy typu LUER, kompatybilny z oferowaną optyką - 1 szt.	TAK	
3.	Stołoprzepływowy płaszcz operacyjny, rozmiar od 4,5 mm do 6 mm, owalny, do wykorzystania z płaszczem operacyjnym wewnętrznym, zawór odpływowy typu LUER, kompatybilny z oferowaną optyką - 1 szt.	TAK	
4.	Szczypce biopsyjne i chwytające - obydwie bransze ruchome, półsztywne, średnica maks. 5 Fr, długość min. 34 cm, wielorazowego użytku - 1 szt.	TAK	
5.	Nożyczki - ostro zakończone, jedna bransza ruchoma, półsztywne, średnica maks. 5Fr, długość min. 34 cm, wielorazowego użytku - 1 szt.	TAK	
6.	Szczypce typu PUNCH - jedna bransza ruchoma, półsztywne, średnica maks. 5 Fr, długość min. 34 cm, wielorazowego użytku - 1 szt.	TAK	
7.	Sonda palpacyjna - średnica maks. 5 Fr, długość min. 34 cm, stopniowana, półsztywna, wielorazowego użytku - 1 szt.	TAK	
8.	Igłowa, waporyzacyjna elektroda biopolarna do zabiegów w środowisku NaCl - prosta, wielorazowego użytku, średnica maks. 5 Fr, długość min. 34 cm - 1 szt.	TAK	
9.	Pojemnik perforowany do sterylizacji narzędzi - 1 szt.	TAK	
10.	Światłowód fiberoskopowy - średnica maks. 2,5 mm, długość min. 180 cm, wielorazowego użytku, - 1 szt.	TAK	
11.	Adapter do źródła światła laparoskopowego, firmy Olympus typ CLV-S, wielorazowego użytku - 1 szt.	TAK	
12.	Kabel bipolarny 3,5 m do diatermii ERBE typ ICC 300 E - 1 szt.	TAK	
13.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia.	TAK	
14.	Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 72 godziny - dni robocze.	TAK	
15.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK	
16.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
17.	Do oferty należy dołączyć informacje stwierdzającą, że Wykonawca prowadzi autoryzowany serwis oferowanych urządzeń endoskopowych na terenie RP potwierdzoną przez producenta sprzętu.	TAK	
18.	Do oferty należy dołączyć firmowe materiały producenta zawierające dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.	TAK	
19.	Szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia u Zamawiającego, jedno szkolenie lekarza w ośrodku referencyjnym	TAK	

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty