



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

.....
.....

Znak: AE-5/38/2007

Tarnów, 2007-05-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na dostawę ssaków medycznych.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującą o treści:

1. Czy Zamawiający dopuści ssak o maksymalnym przepływie 30 l/min?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ssaka o maksymalnym przepływie 30 l/min

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

