

Wymagane i oferowane parametry techniczne ssaka

Lp	Parametry wymagalne	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość,)
1.	Ssak fabrycznie nowy	
2.	Napięcie zasilania 230V / 50 Hz	
3.	Pojemniki: 2 butle minimum 2 l poj. każda	
4.	Pojemniki (butle) wielokrotnego użytku nadające się do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do obrotu i używania (określić jakie).	
5.	Zawór zabezpieczający przed przelaniem się butli.	
6.	Obudowa uniemożliwiająca zalanie elementów wewnętrznych.	
7.	Filtr bakteryjny.	
8.	Płynna regulacja siły ssania (podciśnienia).	
9.	Vacuomanometr.	
10.	Podstawa jezdna (lub wózek)	
11.	Pedał do sterowania wyłącznika.	
12.	Maksymalny przepływ minimum 40 l/min	
13.	Maksymalne podciśnienie min. 0. 85 bar.	
14.	Komplet drenów silikonowych.	
15.	Instrukcja obsługi w języku polskim	
16.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia.	
17.	Gwarantowany czas reakcji od zgłoszenia usterki do podjęcia naprawy maksymalnie 72 godziny - dni robocze.	
18.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty