



.....
.....

Znak: AE-5/42/2007

Tarnów, 2007-06-04

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości pomiędzy 60.000 EURO a 211.000 EURO na: dzierżawę zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego z analizatorami rezerwowymi i dostawami: odczynników, materiałów wzorcowych, kontrolnych, eksploatacyjnych do wymienionych systemów oraz dostawy: odczynników, materiałów wzorcujących, kontrolnych i zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych do analizatora AxSYM-Abbott dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej o treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 1. Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość z podanej liczby badań planują Państwo wykonać na aparacie biochemicznym back-up?
2. Dotyczy Pakietu Nr 1. Prosimy o podanie ilości badań: Troponiny, D-Dimerów, CK-MB, które będą wykonywane na analizatorze back-up?
3. Dotyczy Pakietu Nr 1. Czy Zamawiający wymaga aby oferowany test do oznaczania beta-HCG posiadał oficjalne wskazania producenta do diagnostyki i monitorowania ciąży oraz pacjentów z chorobami trofoblastycznymi i nowotworowymi?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Dotyczy Pakietu Nr 1. Zamawiający planuje wykonać na aparacie back-up-biochemia następujące badania: Na+K – 8000 oznaczeń, Glukoza – 800 oznaczeń, Bilirubina całkowita – 3000 oznaczeń, Kreatynina – 4000 oznaczeń, Mocznik – 5000 oznaczeń, Kwas moczowy – 2000 oznaczeń, Białko całkowite – 2000 oznaczeń, Cholesterol – 2000 oznaczeń.

Ad. 2 Dotyczy Pakietu Nr 1. Na analizatorze back-up-immunochemia Zamawiający planuje wykonać badania: Troponina – 1000 oznaczeń, D-Dimer - 300 oznaczeń, nie planuje natomiast wykonywać na wymienionym analizatorze oznaczeń CK-MB.

Ad. 3 Dotyczy Pakietu Nr 1. Test do b-HCG musi posiadać wskazania producenta do diagnostyki i monitorowania ciąży oraz pacjentów z chorobami trofoblastycznymi i nowotworowymi.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a