

Załącznik Nr 3

Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 2

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać: TAK/NIE bądź opisać
1.	Wydajność 600 oznaczeń/ godzinę	
2.	Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu	
3.	Możliwość wydruku w wybranych jednostkach	
4.	Pamięć min. 1000 wyników	
5.	Kontrola jakości - pamięć min. 300 wyników	
6.	Flagowanie wyników	
7.	Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki	
8.	Możliwość wyboru barwy moczu	
9.	Kompensacja własnego zabarwienia moczu	
10.	Możliwość wyboru klarowności moczu	
11.	Automatyczne usuwanie zużytych pasków	
12.	Możliwość automatycznego wprowadzania wyników oceny mikroskopowej osadu moczu	
13.	Oznaczanie w oparciu o 10 parametrowy pasek, w którym pola testowe zabezpieczone są siateczką winylową	
14.	Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki - podać nazwę zastosowanej substancji	
15.	Zapewnienie kontroli jakości w zakresie analiz moczu	
16.	Czytnik z dotykowym ekranem ciekłokrystalicznym	
17.	Możliwość podłączenia do komputera - połączenie elektroniczne w obie strony	
18.	Zapewnienie możliwości pracy w Systemie Informatycznym Laboratorium (licencja, interface)	
19.	Możliwość podłączenia czytników barkodów	
20.	Kalibracja nie częściej niż raz na 4 tygodnie	
21.	Odczynniki i materiały kontrolne z terminem ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy	
22.	Wliczony w dzierżawę serwis: czas naprawy - do 24 godzin od zgłoszenia awarii, czas wymiany na inny aparat - do 72 godzin	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty