



.....
.....
.....

AE-5/45/2007

Tarnów, 2007-06-19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE-5/45/2007

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na **dostawę procesora tkankowego** – wybrana została oferta Firmy :

1/ ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski, ul.Szewska 3, 32-005 Niepołomice

Cena wybranej oferty: **34 775,00 zł** (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), w tym cena netto: **32 500,00 zł** (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

Wybrana oferta zyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert (opisanego wzorem) określonego w SIWZ - obliczonego jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryterium, z uwzględnieniem wagi tego kryterium.

Umowa z Firmą, której oferta została wybrana zostanie zawarta w dniu 27 czerwca 2007 r.

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - sprawa AE-5/45/2007

Zamawiający - zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, iż:

I. na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 cytowanej ustawy odrzucił złożoną do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO na **dostawę procesora tkankowego** ofertę Firmy:

1/ JEPAL PW s.c., Jerzy Paluchiewicz, Lidia Paluchiewicz, ul.Lipowa 56, 44-100 Gliwice
- Zamawiający w pkt III.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zobowiązał Wykonawców do złożenia oferty według wzoru Formularza Ofertowego dołączonego do SIWZ, który winien być wypełniony pismem maszynowym lub ręcznym i podpisany przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania ofert i reprezentowania Firmy.

Wykonawca nie spełnił wymogu Zamawiającego zawartego w SIWZ – w złożonej do przetargu ofercie brak jest Formularza Ofertowego, w którym między innymi Wykonawca winien był określić warunki rozliczania się Zamawiającego z Wykonawcą.

- zgodnie z wymogiem SIWZ określonym w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji – Wymagane parametry techniczne - należało zaoferować procesor tkankowy, w którym regulacja temperatury parafiny ma zakres minimum 30-90 °C, natomiast Wykonawca zaoferował regulację temperatury w skali 30-80°C czyli niezgodnie z wymogami Zamawiającego.

2/ KENDROMED Sp. z o.o., ul.Sołtysowicka 25a, 51-168 Wrocław

– zgodnie z wymogiem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin dostawy procesora tkankowego winien wynosić do 4 tygodni od daty obowiązywania umowy, natomiast Wykonawca zaoferował termin dostawy – 6 tygodni od daty obowiązywania umowy. Termin dostawy zaoferowany przez Wykonawcę jest nie zgodny z wymogami Zamawiającego,

- zgodnie z wymogiem SIWZ określonym w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji – Wymagane parametry techniczne - należało zaoferować procesor tkankowy, w którym regulacja temperatury parafiny ma zakres minimum 30-90 °C, natomiast Wykonawca zaoferował regulację temperatury w zakresie 45-65°C czyli niezgodną z wymogami Zamawiającego,

- zgodnie z wymogiem SIWZ określonym w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji – Wymagane parametry techniczne - należało zaoferować procesor tkankowy, w którym pojemniki na odczynniki wykonane są z aluminium lub tworzywa o pojemności minimum 2 litry, natomiast Wykonawca zaoferował, zgodnie z załączonymi do oferty (strona 8 oferty) materiałami informacyjnymi dotyczącymi oferowanego przedmiotu zamówienia, pojemniki na odczynniki wykonane ze szkła odpornego na różnego rodzaju rozpuszczalniki z aluminiowo-plastikowym uchwytem.

Równocześnie Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty,
2. Strona internetowa Zamawiającego,
3. a/a