



.....
.....
.....

Znak: AE-5/45/2007

Tarnów, dnia 01.06.2007 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na dostawę procesora tkankowego.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej o treści:

Pytanie Nr 1

Dotyczy Załącznika 2 SIWZ „Wymagane parametry techniczne” poz.2

Czy Zamawiający dopuszcza procesor tkankowy o wydajności max 200 kasetek w jednym cyklu, realizowanych w dwóch koszykach na preparaty. Maksymalna pojemność jednego koszyka - 100 kasetek.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Załączniku Nr 2 poz. 2 procesor tkankowy o wydajności max 200 kasetek w jednym cyklu, realizowanych w dwóch koszykach na preparaty. Maksymalna pojemność jednego koszyka - 100 kasetek.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a