

Wymagane parametry techniczne histeroskopu

Lp		Parametry wymagalne	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość)
1.	Zasilanie 230 V 50 Hz	TAK	
2.	Pojemność min. 110 kasetek w jednym koszyku	TAK	
3.	Zabezpieczenie przed wydobywaniem się oparów na zewnątrz	TAK	
4.	Możliwość zapamiętania minimum 4 kompletnych programów	TAK	
5.	Możliwość przerywania programu w celu przełożenia lub wyjęcia preparatu	TAK	
6.	Zaprogramowane parametry wyświetlane na wyświetlaczu LCD	TAK	
7.	Zamykana stacja załadowcza	TAK	
8.	Pojemniki na odczynniki wykonane z aluminium lub tworzywa pojemność minimum 2 litry, minimum 10 sztuk	TAK	
9.	Pojemniki na parafinę pojemność minimum 2 litry, minimum 2 sztuki	TAK	
10.	Tryb pracy automatyczny i manualny	TAK	
11.	Możliwość umieszczenia procesora w dygestorium	TAK	
12.	Automatyczny transport kaset	TAK	
13.	System zapobiegający mieszaniu się odczynników	TAK	
14.	Ochrona preparatów w przypadku awarii zasilania (automatyczny start)	TAK	
15.	Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna końca pracy	TAK	
16.	Programowanie czasu uruchomienia procesu minimum do 6 dni	TAK Podać jakie	
17.	Regulacja temperatury parafiny w zakresie minimum 30-90 °C	TAK Podać jaka	
18.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia.	TAK	
19.	Gwarantowany czas reakcji od zgłoszenia usterki do podjęcia naprawy maksymalnie 48 godziny - dni robocze.	TAK	
20.	W okresie gwarancji wstawienie urządzenia zastępczego o równoważnych parametrach na czas naprawy przekraczający 48 godzin - dni robocze	TAK	
21.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK	
22.	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z dostawą urządzenia)	TAK	
23.	Dokumentacja techniczna (dostarczyć wraz z dostawą urządzenia)	TAK	
24.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia	TAK	
25.	Szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia u Zamawiającego	TAK	

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty