



AE-5/50/2007

Tarnów, 2007-06-19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE-5/50/2007

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na **dostawy dializatorów hemofanowych** dla Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie – wybrana została oferta Firmy:

Gambro Poland Sp. z o.o. - ul. Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa:

Cena wybranej oferty: **150.335,00** zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 00/100), w tym cena netto: **140.500,00** zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy pięćset złotych 00/100).

Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SIWZ - obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryterium, z uwzględnieniem wagi tego kryterium.

Umowa z Firmą, której oferta została wybrana zostanie zawarta w dniu 27 czerwca 2007 r.

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na **dostawy dializatorów hemofanowych**, iż:

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez **HAND-PROD Sp. z o.o.** - ul. Stanisława Leszczyńskiego 40a, 02-496 Warszawa (dalej Wykonawca). Zgodnie z pkt IV.17 SIWZ do oferty Wykonawca winien załączyć dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 Nr 93 poz. 896 z późniejszymi zmianami), w tym zakresie: deklaracje zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego) oraz certyfikat jednostki notyfikowanej (dotyczy wyrobów medycznych wymienionych w art. 22 cytowanej ustawy o wyrobach medycznych). Załączona na str. 66-68 oferty deklaracja zgodności wystawiona przez producenta dializatorów dotyczy dializatorów: „SPIAFLO NT 1208 SD”, „SPIAFLO NT 1408 SD”, „SPIAFLO NT 1808 SD”, natomiast Wykonawca zaoferował (zgodnie z Formularzem Cenowym) dializatory: NT 1208 H, NT 1408 H, NT 1808 H. W związku z powyższym oferta została odrzucona jako nie spełniająca wymagań SIWZ.

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez **Konsorcjum: Aesculap Chifa Spółka z o.o.** - ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, **B.Braun Avitum Poland Sp. z o.o.** - ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl (dalej Wykonawca). Zgodnie z pkt IV.17 SIWZ do oferty Wykonawca winien załączyć dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 Nr 93 poz. 896 z późniejszymi zmianami), w tym zakresie: deklaracje zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego) oraz certyfikat jednostki notyfikowanej (dotyczy wyrobów medycznych wymienionych w art. 22 cytowanej ustawy o wyrobach medycznych). Wykaz załączonych do oferty dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4. W Załączniku Nr 4 w kolumnie „Nr str. oferty na której znajduje się certyfikat jednostki notyfikowanej” Wykonawca podał strony 43-46, natomiast na podanych stronach Wykonawca załączył „Zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności”, w ofercie brak jest natomiast wymaganego przez Zamawiającego certyfikatu jednostki notyfikowanej. W związku z powyższym oferta została odrzucona jako nie spełniająca wymagań SIWZ.

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a