



.....
.....

Znak: AE-5/63/2007

Tarnów, 2007-08-01

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej o treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 55 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego Pencil Point w rozmiarze 26G lub 27 G?
2. Dotyczy Pakietu Nr 55 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na igłę do znieczuleń Quinke w rozmiarze 27 G, długość 90 mm, bądź igłę 26G długość 130 mm?
3. Dotyczy Pakietu Nr 55 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych typ Pencil Point w rozmiarze 26G?
4. Dotyczy Pakietu Nr 55 poz. 14 i 15. Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu Nr 55 poz. 14 i 15?
5. Dotyczy Pakietu Nr 58 poz.: 1, 3, 4. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w poz. 1 na igły do biopsji 20G długość 200 mm, w poz. 3 na igły 22G długość 200 mm oraz w poz. 4 na igły 18 G długość 150 mm?
6. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga poduszki uszczelniającej nie zamkniętej?
7. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 3-5. Czy Zamawiający wyłączy wymienione pozycje do osobnego pakietu?
8. Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 2 i 3. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga łyżek które mają żarówki wbudowane w łyżkę czy wbudowaną w rękojeść?
9. Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 3. Czy Zamawiający wymaga aby worki do godzinowej zbiórki moczu były wyposażone w dren z podłużną przegrodą dzielącą go na pół zapobiegająca zaginaniu drenu i zapewniające całkowite spływanie moczu do komory pomiarowej?
10. Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 3. Czy Zamawiający wymaga aby worki do godzinowej zbiórki moczu wyposażone były w silikonowy system pobierania próbek moczu w sposób wykluczający ryzyko zakłucia się?
11. Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

12. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści kankę doodbytniczą 5,3 mm x 200 mm?
13. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga cewników z przewodnikami?
14. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz.: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek twarzowych dla noworodków i niemowląt, dla dzieci, dla dorosłych (mała i duża) z kołnierzem uszczelniającym do wielokrotnej sterylizacji?
15. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz.: 2.1, 2.2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów związanych z objętością worka samorozprężalnego tj. czy worek samorozprężalny ma być dostarczony wraz z rezerwuarem tlenu i o określenie czy podana objętość dotyczy worka samorozprężalnego czy rezerwuaru tlenu.
16. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1 i 2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie Pakietu Nr 12 na dwa osobne pakiety, na stazy gumowe i na opaski uciskowe – stazy automatyczne.
17. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 4. Czy Zamawiający mógłby uszczegółowić informację dotyczącą rodzaju worków powietrza do aparatu AMBU dla noworodków? Dla Oferenta nie jest jednoznaczne czy chodzi Państwu o worki rezerwuarowe czy samorozprężalne?
18. Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 2. Czy Zamawiającemu chodzi o łyżki do laryngoskopu światłowodowego jednorazowego czy wielorazowego użytku?
19. Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 3. Czy Zamawiającemu chodzi o łyżki średnie nr 3 do laryngoskopu McIntosh światłowodowe czy żarówkowe?
20. Dotyczy Pakietu Nr 6. Czy zamiast rozmiaru 30Ch Zamawiający zgadza się na zaoferowanie cewnika w rozmiarze 28 lub 32CH?
21. Dotyczy Pakietu Nr 6. Czy Zamawiający wymaga aby trokary cewników posiadały oznaczenie rozmiaru na uchwytych?
22. Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 1 i 2. W związku z tym, że u różnych producentów oznaczenia cyfrowe odpowiadają różnym rozmiarom prosimy o informację czy Zamawiający określając rozmiary łyżek 3, 4, 5 wymaga zaoferowania łyżek o długościach odpowiednio: 100 mm (rozmiar pediatryczny), 130 mm (rozmiar dla dorosłych), i 155 mm (rozmiar dla dorosłych duży).
23. Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 1. Czy łyżki mają być wykonane ze stali nierdzewnej, posiadać zatrzask kulkowy a także oznaczenie rodzaju i rozmiaru łyżki, nazwy producenta i numeru katalogowego na splocie łyżki i dożywotnią gwarancję na korozję, wady produkcyjne i materiałowe?
24. Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 1. Czy w zestawie chodzi o uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej, kompatybilny z łyżkami zgodnymi z ISO 7376/3, z oznaczeniem nazwy producenta i numerem katalogowym na główce uchwyty oraz kolorystycznym oznaczeniem zgodności z ISO, z ksenonową żarówką 2,5 V, posiadający dożywotnią gwarancję na korozję, wady produkcyjne i materiałowe o średnicy 29 mm?
25. Dotyczy Pakietu Nr 29. Czy chodzi o pochłaniacz dwutlenku węgla z kolorowym indykatorem zużycia (odbarwiający się pod wpływem zużycia), niskopylący (w formie cylindrycznych granulek redukujących tarcie podczas transportu), o wysokiej wydajności (potwierdzone

klinicznie min. 36 godz. pracy od wypełnienia pochłaniacza do pełnej zmiany koloru, tj. osiągnięcia 0,5% zawartości CO₂ w gazie wychodzącym z maszyny)?

26. Dotyczy pakietu Nr 39 poz. 1 i 2. Czy chodzi o łączniki o długości 13 cm nie uwzględniając złącz?
27. Dotyczy pakietu Nr 39. Czy łączniki mają być sterylne?
28. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia przez nos o długości 40 cm?
29. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia przez nos o długości 120 cm?
30. Dotyczy Pakietu Nr 39. Czy Zamawiający dopuści produkty mikrobiologicznie czyste?
31. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 6. Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki poprzez wykreślenie słów: „wymagany spłaszczony kształt”.
32. Dotyczy Pakietu Nr 13. Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu Nr 13 pozycje: 3, 4, 5, 6, 7 i stworzy odrębny pakiet?
33. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 3 i 4. Czy Zamawiający dopuści wkłady jednorazowego użytku – pojemność: 1, 2 i 3 litry, z trwale dołączoną pokrywą, przystosowane do zawieszania na aparatach anestezyjologicznych (kształt okrągły), uszczelnianie i zasysanie automatyczne po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister?
34. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 3 i 4. Czy Zamawiający dopuści wkłady jednorazowego użytku – pojemność: 1, 2 i 3 litry, z filtrem hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki zapobiegającej wypływowi wydzieliny do źródła próżni i filtrem antybakteryjnym, bez dużego otworu do pobierania próbek (proszek żelujący jest wsypywany przez port pacjenta)?
35. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 3 i 4. Czy Zamawiający dopuści wkłady jednorazowego użytku – pojemność: 1, 2 i 3 litry, posiadające w pokrywie tylko dwa króćce łączące (króciec pacjenta – typu stożkowego, i próżni, o różnych średnicach, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenu), bez króćca schodkowego?
36. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 5 i 6. Czy Zamawiający dopuści pojemniki wielorazowego użytku typu VacSax o pojemności: 1, 2, 3 litry na wkłady workowe bez króćca obrotowego typu schodkowego?
37. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 3 i 4. Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie była umieszczona data ważności?
38. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 3 i 4. Czy Zamawiający wymaga aby wkład zasysał się automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister?
39. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 5 i 6. Czy Zamawiający wymaga aby pojemnik był odczładowany skalą pomiarową do pełnej pojemności oferowanego wkładu?
40. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 3. Czy Zamawiający wymaga aby wkłady o mniejszej pojemności były kompatybilne z pojemnikami o większej pojemności?
41. Dotyczy Pakietu Nr 13. Czy Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatu potwierdzającego skuteczność filtra hydrofobowego i antybakteryjnego?

42. Dotyczy Pakietu Nr 13. Czy Zamawiający wymaga aby uchwyty do demontażu wkładu były o konstrukcji pętli?
43. Dotyczy Pakietu Nr 13. Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie króćce znajdowały się w pokrywie?
44. Dotyczy Pakietu Nr 27. Czy Zamawiający wymagając laryngoskopu światłowodowego z wbudowanym źródłem światła miał na myśli żarówkę czy światłowód? Źródłem światła w laryngoskopie jest żarówka. Jeśli Zamawiający ma na myśli światłowód to czy rozumie przez to światłowód zabudowany w łopatkę i bez możliwości demontażu?
45. Dotyczy Pakietu Nr 27. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łyżek światłowodowych typu Miller nr 2 (153 x 11 mm), nr 3 (195 x 11 mm), i nr 4 (205 mm x 14 mm)?
46. Dotyczy Pakietu Nr 27. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy do kompletu laryngoskopów światłowodowych dopuszcza się rękojeści (z żarówką) standardowe, czyli na 2 baterie R 14)?
47. Dotyczy Pakietu Nr 27. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy w skład kompletu laryngoskopów światłowodowych ma wchodzić rękojeść i po dwie łyżki w trzech rozmiarach?
48. Dotyczy zapisów ogólnych warunków umowy (pkt XIV.12 SIWZ). Uprzejmie prosimy o wykreślenie zapisu pkt 12: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w obrębie asortymentu w ramach ustalonej wartości zamówienia w zależności od potrzeb Szpitala”
49. Dotyczy zapisów ogólnych warunków umowy (pkt XIV.8 SIWZ). Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wysokości kar umownych do 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie.
50. Dotyczy zapisów ogólnych warunków umowy (pkt XIV.14 SIWZ). Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący; „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towarów u innych Wykonawców i obciąży Wykonawcę związanego z Zamawiającym niniejszą umową różnicą kosztów poniesionych z tego tytułu”.
51. Dotyczy zapisów ogólnych warunków umowy (pkt XIV.8a) i 8b) SIWZ). Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę we wzorze umowy w pkt 8a): „zamówionej partii towaru” na „, towarów nie dostarczonych w terminie” w pkt 8b) „zamówionej partii towarów” na „,towarów niezgodnych pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości”?
52. Dotyczy zapisów ogólnych warunków umowy (pkt XIV.12 SIWZ). Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”?
53. Dotyczy zapisów ogólnych warunków umowy (pkt XIV.11 SIWZ). Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w pkt 11 „Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego, jeżeli opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należności z tytułu niniejszej Umowy, przekroczy 60 dni od dnia wymagalności należności”?
54. Dotyczy zapisów ogólnych warunków umowy (pkt XIV.14 SIWZ). Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie we wzorze umowy pkt.13?
55. Dotyczy Pakietu Nr 25. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 klipsy tytanowe pakowane w zasobniki po 6 szt. oraz czy ilość 600 to sztuki klipsów czy zasobniki?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 55 poz. 3 igieł do znieczulenia podpojęczynówkowego typ Quinckego rozmiar 29G.

Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 55 poz. 5 igieł do znieczuleń Quinckego rozmiar 27G. długość 90 mm oraz 26 G długość 130 mm pod warunkiem równoczesnego zaoferowania obu igieł w tej pozycji.

Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 55 poz. 8 igieł do znieczuleń podpojęczynówkowych typ Pencil Point w rozmiarze 26G

Ad. 4 Zamawiający wydziela z Pakietu Nr 55 poz. 14 i 15 i tworzy z nich Pakiet Nr 14A.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 58 w poz. 1 igieł do biopsji 20G długość 200 mm, w poz. 3 igieł 22G długość 200 mm oraz w poz. 4 igieł 18 G długość 150 mm. Oferowane igły winny mieć rozmiary podane przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 poz. 1 masek twarzowych z poduszką uszczelniającą nie zamkniętą.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 14 poz. 3 – 5.

Ad. 8 W Pakiecie Nr 27 poz. 2 Zamawiający wymaga łyżek ze światłowodem, żarówka winna być wbudowana w rękojeść, natomiast w poz. 3 łyżek z żarówką..

Ad. 9 Zamawiający wymaga aby oferowane w Pakiecie Nr 34 poz. 3 worki do godzinowej zbiórki moczu były wyposażone w dren z podłużną przegrodą dzielącą go na pół zapobiegająca zaginaniu drenu i zapewniające całkowite spływanie moczu do komory pomiarowej.

Ad. 10 Zamawiający wymaga aby oferowane w Pakiecie Nr 34 poz. 3 worki do godzinowej zbiórki moczu wyposażone były w silikonowy system pobierania próbek moczu w sposób wykluczający ryzyko zakłucia się.

Ad. 11 W przypadku wątpliwości Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie – zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, natomiast nie będzie żądał próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 7 poz. 1 kanki doodbytniczej 5,3 mm x 200 mm.

Ad. 13 W Pakiecie Nr 22 poz. 1 Zamawiający wymaga cewników Foleya z prowadnicami tylko w odniesieniu do rozmiarów 8CH i 10CH.

Ad. 14 Zgodnie z zapisem w Załączniku Nr 1 do SIWZ w Pakiecie Nr 14 poz. 1 Zamawiający wymaga masek twarzowych z kołnierzem uszczelniającym do wielokrotnej sterylizacji.

Ad. 15 W Pakiecie Nr 14 poz. 2 Zamawiający wymaga worków silikonowych do aparatu do znieczulenia, a więc pytanie dotyczące worków samorozprężalnych czy rezerwuaru tlenu nie dotyczy tej pozycji.

Ad. 16 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu Nr 12 pozycji nr 2.

Ad. 17 W Pakiecie Nr 14 poz. 4 należy zaoferować worki samorozprężalne.

Ad. 18 W Pakiecie Nr 27 poz. 2 należy zaoferować łyżki do laryngoskopu wielorazowego użytku.

Ad. 19 W Pakiecie Nr 27 poz. 3 należy zaoferować łyżki średnie żarówkowe do laryngoskopu Macintosh..

Ad. 20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 cewników w rozmiarach: 8 CH, 10 CH, 12 CH, 20 CH, 24 CH, 28 CH, 32 CH.

Ad. 21 Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 6 trokary cewników posiadały oznaczenie rozmiaru na uchwytach

Ad. 22 W Pakiecie Nr 27 poz. 1 i 2 Zamawiający wymaga łyżek o długości: 100-110 mm, 130-135 mm, 155-160 mm..

Ad. 23 Łyżki do laryngoskopu w Pakiecie Nr 27 poz. 1 i 2 winny być wykonane ze stali nierdzewnej, posiadać zatrask kulkowy, a także oznaczenie rozmiaru łyżki.

Ad. 24 W Pakiecie Nr 27 poz. 1 w zestawie chodzi o uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej kompatybilny z łyżkami zgodnymi z ISO 7376/3 (oznaczenie zielone), z ksenonową żarówką.

Ad. 25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 29 pochłaniacza dwutlenku węgla z kolorowym indykátorem zużycia (odbarwiającym się pod wpływem zużycia), niskopylący (w formie cylindrycznych granulek redukujących tarcie podczas transportu), o wysokiej wydajności (potwierdzone klinicznie min. 36 godz. pracy od wypełnienia pochłaniacza do pełnej zmiany koloru, tj. osiągnięcia 0,5% zawartości CO₂ w gazie wychodzącym z maszyny)

Ad. 26 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 39 poz. 1 i 2 łączników o długości 13 cm nie uwzględniając złącz.

Ad. 27 Oferowane w Pakiecie Nr 39 poz. 1 i 2 łączniki winny być sterylne.

Ad. 28 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 1 cewników do karmienia przez nos o długości 40 cm.

Ad. 29 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 2 cewników do karmienia przez nos o długości 120 cm

Ad. 30 Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 39 produktów sterylnych.

Ad. 31 W Pakiecie Nr 13 poz. 6 Zamawiający wykreśla z opisu przedmiotu zamówienia „(wymagany spłaszczony kształt)”.

Ad. 32 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 13 poz. 3 – 7.

Ad. 33 – 43 Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 13 sprzętu o innych niż określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ parametrach, wymaga wkładów i pojemników pasujących pod każdym względem do osprzętu wielorazowego użytku firmy Serres będącego własnością Szpitala.

Ad. 44 W Pakiecie 27 poz. 1. Zamawiający wymaga laryngoskopu światłowodowego z wbudowanym źródłem światła, tj. żarówką, światłowód winien być w łyżce – winien to być światłowód z możliwością demontażu (wymiany).

Ad. 45 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 27 poz. 1 i 2 łyżek światłowodowych typu Miller ale o długości: 100-110 mm, 130-135 mm, 155-160 mm.

Ad. 46 Zamawiający w Pakiecie Nr 27 poz. 1 wymaga laryngoskopów światłowodowych z żarówką ksenonową w rękojeści, na baterie – mogą to być 2 baterie R14.

Ad. 47 W skład laryngoskopu światłowodowego w Pakiecie Nr 27 poz. 1 winna wchodzić rękojeść i po 1 łyżce w każdym z rozmiarów.

Ad. 48 – 54 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy. Zamawiający nie przewiduje dokonywania w ramach zawartej umowy zamówień na inny asortyment niż ten który był przedmiotem przetargu.

Ad. 55 W Załączniku Nr 1 do SIWZ Zamawiający wyraźnie zapisał że w Pakiecie Nr 25 poz. 2 oczekuje zaoferowania 600 szt. klipsów. Mogą być pakowane w zasobniki po 6 szt. pod warunkiem, że będzie je można założyć i użyć w klipsownicy Hemoclip Plus.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a