



.....
.....

Znak: AE-5/63/2007

Tarnów, 2007-08-01

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej o treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 3. Zamawiający zaznaczył, że łyżki średnie mają być typu Macintosh. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy wszystkie oferowane łyżki światłowodowe mają być typu Macintosh?
2. Dotyczy Pakietu Nr 27. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łyżek światłowodowych typu MacIntosh nr 2 (nr 2 (100 x 17 mm), nr 3 (130 x 18 mm), i nr 4 (155 mm x 18 mm)?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 W Pakiecie Nr 27 poz. 3 mają być łyżki średnie Nr 3 typu Macintosh z żarówką, natomiast w Pakiecie Nr 27 poz. 1 i 2 oferowane łyżki winny być światłowodowe – mogą ale nie muszą być typu MacIntosh.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 27 poz. 1 i 2 łyżek światłowodowych typu MacIntosh nr 2 (100 x 17 mm), nr 3 (130 x 18 mm), i nr 4 (155 mm x 18 mm).

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a