



.....  
.....

**Znak: AE-5/66/2007**

Tarnów, 2007-08-13

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 EURO na dostawy: odczynników, testów i podłoży do badań diagnostycznych oraz dzierżawa analizatora immunochemicznego do prowadzenia oznaczeń prokalcytoniny i Borrelia Burgdorferii total dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej o treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1** : Czy Zamawiający dopuści testy do jednoczesnego oznaczania rota i adenowirusów immunochromatograficzne, rurkowe pakowane po 30 sztuk, a tym samym ilość opakowań 20 ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1** : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika z terminem ważności min. 4 miesiące zgodnie z zaleceniami producenta ?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2** : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów z terminem ważności :
  - poz. 1 – min. 3 miesiące
  - poz. 2 – min. 4 miesiące ?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2** : Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyszczególnienie w dodatkowej tabeli akcesoriów i części zużywalnych niezbędnych do pracy analizatora przez okres jednego roku ?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2** : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas naprawy analizatora immunochemicznego do 48 godzin od zgłoszenia awarii ?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 3** : Czy Zamawiający zgodzi się na testy ( testy na krew utajoną w kale) konfekcjonowane 25 oznaczeń w opakowaniu, przeliczając opakowania zgodnie z zapotrzebowaniem ?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad 1.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 testów do jednoczesnego oznaczania rota i adenowirusów immunochromatograficznych, rurkowych pakowanych po 30 sztuk, a tym samym ilości opakowań 20

**Ad 2.** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 odczynnika z terminem ważności min. 4 miesiące od daty dostawy.

**Ad. 3** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 testów z terminem ważności :

- poz. 1 – min. 3 miesiące od daty dostawy
- poz. 2 – min. 4 miesiące od daty dostawy

**Ad. 4** Zamawiający wyraża zgodę na dodanie dodatkowych pozycji w Pakiecie Nr 2, w których Wykonawca wyszczególni części zużywalne, niezbędne do pracy analizatora przez okres jednego roku, natomiast inne materiały winny być uwzględnione w poz. Nr 3.

**Ad. 5** Zamawiający wyraża zgodę na czas naprawy analizatora immunochemicznego do 48 godzin od zgłoszenia awarii.

**Ad.6** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów ( testy na krew utajoną w kale) konfekcjonowanych 25 oznaczeń w opakowaniu, przeliczając opakowania zgodnie z zapotrzebowaniem

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a