



Znak: AE-5/77/2007

Tarnów, 2007-09-18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 EURO na dostawy rękawic medycznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy poz. 3. Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarze S zamiast w rozmiarze XS o pozostałych parametrach zgodnych z zapisem SIWZ?
2. Dotyczy poz. 7. Czy Zamawiający dopuści rękawice ginekologiczne w rozmiarze 8,5 zamiast w rozmiarze 9,0 o pozostałych parametrach zgodnych z zapisem SIWZ?
3. Dotyczy poz. 8. Czy Zamawiający dopuści rękawice sekcyjne niesterylne o długości 305 mm o pozostałych parametrach zgodnych z zapisem SIWZ?
4. Dotyczy poz. 8. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pozycji 8 jałowych lateksowych i bezpydrowych rękawic długich do łokcia w rozmiarze S (6 – 6,5), M (7-7,5) i L (8 – 8,5)?
5. Dotyczy poz. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej rękawic ginekologicznych w rozmiarze odpowiednio S, M, L?
6. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającego kontrolę i nadzór ze strony jednostki notyfikowanej nad zgodnością rękawic z normą EN 455 ?
7. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla substancji chemicznych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach myjących i dezynfekcyjnych?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 3 rękawic w rozmiarze S zamiast XS.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 7 rękawic ginekologicznych w rozmiarze 8,5 zamiast w rozmiarze 9,0 o pozostałych parametrach zgodnych z zapisem SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 8 rękawic sekcyjnych niesterylnych o długości 305 mm o pozostałych parametrach zgodnych z zapisem SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 8 również jałowych lateksowych i bezpydrowych rękawic długich do łokcia w rozmiarze S (6 – 6,5), M (7-7,5) i L (8 – 8,5).

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 7 również rękawic ginekologicznych w rozmiarze odpowiednio S, M, L, pod warunkiem, że spełniają pozostałe parametry określone w SIWZ (długie – do łokcia, sterylne, hipoalergiczne).

Ad. 6 Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającego kontrolę i nadzór ze strony jednostki notyfikowanej nad zgodnością rękawic z normą EN 455.

Ad. 7 Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla substancji chemicznych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach myjących i dezynfekcyjnych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/