



.....
.....
.....

Znak: AE-5/80/2007

Tarnów, dnia 24.09.2007 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 EURO na dostawę pomp infuzyjnych .

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej o treści:

Pytanie Nr 1

Dotyczy Załącznika 2 SIWZ „Wymagane parametry techniczne” poz.9 - prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie pojęcia jednostki ”mq”.

Pytanie Nr 2

Dotyczy Załącznika 2 SIWZ „Wymagane parametry techniczne” poz.9 - czy Zamawiający dopuści pompę posiadającą możliwość określenia sposobu dawkowania leku w różnych jednostkach w czasie z uwzględnieniem masy ciała pacjenta tj. ml/h, mg/h, µg/h, mg/min, µg/min, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min, inne jednostki dawki: ng, cal, kcal, U, Ku, mmol, mol, Kmol/kg ?

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuści pompy z możliwością określenia sposobu dawkowania leku z uwzględnieniem masy ciała pacjenta bez jednostek: mg/min, mq/min ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający wyjaśnia, iż skrót mq oznacza jednostkę mikrogram.

Ad.2

Zamawiający dopuści pompę posiadającą możliwość określenia sposobu dawkowania: ml/h, mg/h, µg/h, mg/min, µg/min, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min, oraz inne jednostki dawki: ng, cal, kcal, U, Ku, mmol, mol, Kmol/kg.

Ad. 3

Zamawiający dopuści pompy z możliwością dawkowania leku bez jednostek mg/min, mq/min

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a