



.....
.....
.....

Znak: AE-5/80/2007

Tarnów, dnia 25.09.2007 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 EURO na dostawę pomp infuzyjnych .

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej o treści:

Pytanie Nr 1

Dotyczy Załącznika 2 SIWZ „Wymagane parametry techniczne” poz.11 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pompy jednostrzykawkowej z tzw. bolusem ręcznym z możliwością monitorowania objętości dawki uderzeniowej ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie dopuści pompy bez możliwości programownia prędkości i objętości dawki bolus.

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a