



.....
.....
.....

Znak: AE-5/82/2007

Tarnów, dnia 27.09.2007 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 EURO na dostawę łóżek rehabilitacyjnych-ortopedycznych, szafek i stolików przyłóżkowych, stołu do badań, wózków do przewożenia chorych.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej o treści:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżko rehabilitacyjno-ortopedyczne w którym segmenty ruchome leżą wypełnione są niewyjmowaną siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym ?

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżko rehabilitacyjno-ortopedyczne z 1 barierką boczną chromowaną, składaną do ramy łóżka ?

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której drzwiczki i czoła szuflad wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym ?

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stolik przyłóżkowy z blatem jednoczęściowym z możliwością zmiany kąta nachylenia w zakresie 90 °C ?

Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stolik przyłóżkowy bez barierki zabezpieczających przed przypadkowym zsunięciem rzeczy znajdujących się na stoliku ?

Pytanie Nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół do badań bez zamontowanej pod leżem rolki na prześcieradło jednorazowe ?

Pytanie Nr 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia z 28 dni do 45 dni ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka rehabilitacyjno-ortopedycznego w którym segmenty ruchome leżą wypełnione są niewyjmowaną siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym.

Ad. 2

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania łóżka rehabilitacyjno-ortopedycznego z 1 barierką boczną chromowaną, składaną do ramy łóżka.

Ad. 3

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania szafki przyłóżkowej, w której drzwiczki i czoła szuflad wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym.

Ad. 4

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania stolika przyłóżkowego z blatem jednoczęściowym z możliwością zmiany kąta nachylenia w zakresie 90 °C.

Ad. 5

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania stolika przyłóżkowego bez barierek zabezpieczających przed przypadkowym zsunięciem rzeczy znajdujących się na stoliku.

Ad. 6

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania stołu do badań bez zamontowanej pod leżem rolki na prześcieradło jednorazowe.

Ad. 7

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia z 28 dni do 45 dni.

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a