



.....
.....
.....

Znak: AE-5/82/2007

Tarnów, dnia 01.10.2007 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 EURO na dostawę łóżek rehabilitacyjnych-ortopedycznych, szafek i stolików przyłóżkowych, stołu do badań, wózków do przewożenia chorych.

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej o treści:

Pytanie Nr 1

Poz. 1- łóżka rehabilitacyjne

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na łóżko, w którym barierka boczna jest chromowana odporna na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV ?

Pytanie Nr 2

Poz. 3 – stoliki przyłóżkowe

Czy Zamawiający dopuści stół przyłóżkowy o wymiarach 430 x 400 mm ?

Pytanie Nr 3

Poz. 4 – stół do badań

3.1 Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości 670 mm ?

3.2 Czy Zamawiający dopuści stół o minimalnej wysokości 510 mm ?

3.3 Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją oparcia pleców w zakresie $-20^{\circ} / + 72^{\circ}$?

Pytanie Nr 4

Poz. 5 – wózki do przewozu chorych – Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie od 550 mm do 950 mm ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na łóżko, w którym barierka boczna jest chromowana.

Ad. 2

Zamawiający nie dopuści stolika przyłóżkowego o wymiarach 430 x 400 mm.

Ad. 3

3.1 Zamawiający dopuści również stół o szerokości 670 mm.

3.2. Zamawiający nie dopuści stołu o minimalnej wysokości 510 mm.

3.3. Zamawiający dopuści również stół regulacją oparcia pleców w zakresie $-20^{\circ} / + 72^{\circ}$.

Ad. 4

Zamawiający dopuści również wózek z regulacją za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie od 550 mm do 950 mm ?

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a