SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

.....

.....

.....

Znak: AE-5/84/2007 Tarnów, dnia 26.10.2007 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211 000 EURO na dostawę defibrylatorów ze stymulacją zewnętrzną oraz aparatu EKG 3 kanałowego.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej o treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 :
Czy Zamawiający dopuści defibrylator z regulacją prądu stymulacji w zakresie od 20 do 200 mA ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1
Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 defibrylator z regulacją prądu stymulacji w zakresie od 20 do 200 mA .

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a