



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

.....
.....
.....

Znak: AE-5/84/2007

Tarnów, dnia 29.10.2007 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211 000 EURO na dostawę defibrylatorów ze stymulacją zewnętrzną oraz aparatu EKG 3 kanałowego.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej o treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści aparat z automatycznym wzmocnieniem sygnału EKG ?

2. Dotyczy Pakietu Nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści aparat bez akustycznej sygnalizacji załamka QRS ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 defibrylator z automatycznym wzmocnieniem sygnału EKG.

Ad. 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 defibrylatora bez akustycznej sygnalizacji załamka QRS

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

