



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

.....
.....

Znak: AE-5/85/2007

Tarnów, dnia 29.10.2007 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211 000 EURO na dostawę ssaków medycznych oraz inhalatorów.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej o treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 2 :

Czy Zamawiający dopuści inhalator z przewodem zasilającym o długości 1,85 m ?

2. Dotyczy Pakietu Nr 2 :

Czy Zamawiający dopuści inhalator, którego poziom hałasu podczas pracy (z nebulizatorem z lekiem) wynosi 61 dBa ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 2 inhalator z przewodem zasilającym o długości 1,85 m.

Ad. 2

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 2 inhalator, którego poziom hałasu podczas pracy (z nebulizatorem z lekiem) wynosi 61 dBa.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

