



Znak: AE-5/90/2007

Tarnów, dnia 11.12.2007 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 211.000 EURO na dostawy endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego Specjalistycznego Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie .

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej o treści:

Pytanie Nr 1

Dotyczy pakietu Nr 3 - Czy Zamawiający dopuszcza endoprotezę stawu biodrowego typu „Resurfacing” o następujących parametrach : kapa głowy kości udowej w 11 rozmiarach od 38 mm do 58 mm z krótkim trzpieniem zwiężającym się dystalnie w kształcie stożka.? Panewka wykonana ze stopu CoCr dostępna w 11 rozmiarach od 38 mm do 64 mm od zewnętrznej strony napylona porowatym tytanem (titanium plasma spray – TPS) oraz hydroksyapatytem, posiadająca zróżnicowany offset od 2 mm do 3,8 mm, dzięki czemu wzrasta wewnętrzne pokrycie kapy dla dużej głowy, co zapobiega wczesnym obciążeniom krawędzi panewki w mniejszych rozmiarach oraz oferuje ciągły wzrost zasięgu ruchu przy większych rozmiarach. W przypadku, kiedy nie będzie można założyć kapy opcjonalnie duża głowa w rozmiarach od 38 mm do 58 mm w czterech długościach szyjki oraz trzpień?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 dopuszcza również endoprotezę stawu biodrowego typu „Resurfacing” o następujących parametrach : kapa głowy kości udowej w 11 rozmiarach od 38 mm do 58 mm z krótkim trzpieniem zwiężającym się dystalnie w kształcie stożka. Panewka wykonana ze stopu CoCr dostępna w 11 rozmiarach od 38 mm do 64 mm od zewnętrznej strony napylona porowatym tytanem (titanium plasma spray – TPS) oraz hydroksyapatytem, posiadająca zróżnicowany offset od 2 mm do 3,8 mm, dzięki czemu wzrasta wewnętrzne pokrycie kapy dla dużej głowy, co zapobiega wczesnym obciążeniom krawędzi panewki w mniejszych rozmiarach oraz oferuje ciągły wzrost zasięgu ruchu przy większych rozmiarach, pod warunkiem, że w przypadku, kiedy nie będzie można założyć kapy - opcjonalnie duża głowa (w rozmiarach od 38 mm do 58 mm w czterech długościach szyjki) oraz trzpień. Elementy : panewka, kapa - opcjonalnie głowa i trzpień.

Zastosowana opcja nie może spowodować zmiany ceny kompletu.

W przypadku zaoferowania tego typu endoprotezy należy oferowane parametry ująć w Załączniku Nr 2.3 do SIWZ oraz wymienić i podać w Formularzu Cenowym ceny jednostkowe wszystkich elementów składających się na komplet.

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a