



.....

.....

Znak: AE-5/90/2007

Tarnów, 2007-12-21

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 211.000 EURO na dostawy endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego dla Specjalistycznego Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej o treści:

Dotyczy Pakietu Nr 4. Czy Zamawiający dopuszcza endoprotezę stawu kolanowego posiadającą element puszczelowy modułowy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego?

Dotyczy Pakietu Nr 3 Prosimy o wyjaśnienie, czemu w wymaganych parametrach przedmiotu zamówienia są komponenty udowe o rozmiarach 38-60 mm, natomiast nie ma ich w tabeli punktacji. Czy są więc dopuszczone, czy też nie?

Dotyczy Pakietu Nr 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie komponentów udowych w rozmiarach 38-60 mm, ze skokiem co 2 mm.

Dotyczy Pakietu Nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładek o grubościach: 10, 12, 15, 18 mm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowane w Pakiecie Nr 4 również endoprotezy stawu kolanowego posiadające element puszczelowy modułowy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego.

Ad. 2 W wymaganych parametrach przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 3 są komponenty udowe o rozmiarach 38-60 mm, natomiast nie ma ich w tabeli punktacji ponieważ wymagane parametry to jedno a punktacja to drugie – Zamawiający nie ma obowiązku punktowania wymaganych parametrów, natomiast punktowane są parametry, które nie są wymagane ale uważane za ważne z punktu widzenia Zamawiającego. Komponenty udowe o rozmiarach 38-60 są dopuszczone, co zostało określone w Załączniku Nr 2.3.

Ad.3 Zamawiający nie postawił wymogu, że komponenty udowe mają być w rozmiarach ze skokiem co 2 mm, a więc nie ma przeszkód do złożenia oferty, w której komponent udowy jest w rozmiarach 38-60 mm, ze skokiem co 2 mm .

Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 wkładek o grubościach: 10, 12, 15, 18 mm.

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a