



.....
.....
.....

AE-5/91/2007

Tarnów, 2007-12-10

Informacja o unieważnieniu postępowania - sprawa AE-5/91/2007

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 EURO na **dostawę barwiacza automatycznego preparatów histologicznych** dla Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie zostało unieważnione.

Podstawa prawna unieważnienia

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, tj. do dnia 22 listopada 2007 r. do godz. 10⁰⁰ wpłynęły 2 oferty, z których jedna została odrzucona, a cena oferty najkorzystniejszej tj. 84 959,07 złotych znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, którą podał do wiadomości Wykonawców podczas otwarcia ofert tj. 55 000,00 złotych.

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - sprawa AE-5/91/2007

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 EURO na **dostawę barwiacza automatycznego preparatów histologicznych**, iż:

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez **ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski, ul. Szewska 3, 32-005 Niepołomice, woj. małopolskie** :

Zgodnie z wymogiem określonym przez Zamawiającego, w Załączniku Nr 2 do SIWZ Wykonawca winien podać parametry oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnianie wszystkich warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego. Wykonawca nie potwierdził spełniania warunku określonego w pozycji 13 tego Załącznika tj. Filtr do systemu pochłaniającego 2 sztuki - wliczony w cenę aparatu . W Załączniku Nr 2 brak tego parametru. Ponadto numer katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia podany przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym - A78000011 – Załącznik Nr 1 do

SIWZ , jest niezgodny z numerem katalogowym podanym w materiałach informacyjnych dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia - A7800001 (strona nr 11 oferty),
W związku z powyższym oferta została odrzucona przez Zamawiającego.

Równocześnie Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty,
2. Strona internetowa Zamawiającego,
2. a/a