



.....
.....
.....

Znak: AE-5/96/2007

Tarnów, dnia 26.11.2007 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 EURO na dostawę i uruchomienie używanego tomografu komputerowego wraz ze strzykawką automatyczną do podawania kontrastu oraz cyfrową drukarką do zdjęć tomograficznych dla Specjalistycznego Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie .

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej o treści:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomografu na:

Dotyczy Załącznika Nr 2 pkt 1 - Tomograf używany ze skanem spiralnym, data produkcji nie wcześniej niż 1998r. ?

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomografu na:

Dotyczy Załącznika Nr 2 pkt 16 - Najkrótszy czas skanu pełnego (obrotu o 360) nie większy niż (s): 1 s ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów techniczno-eksploatacyjnych w pkt. 1 Załącznika Nr 2 na : Tomograf używany ze skanem spiralnym, data produkcji nie wcześniej niż 1998r

Ad. 2

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów techniczno-eksploatacyjnych w pkt. 16 Załącznika Nr 2 na : Najkrótszy czas skanu pełnego (obrotu o 360) nie większy niż (s): 1 s

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a