



.....
.....

Znak: AE-5/97/2007

Tarnów, 2007-12-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 EURO na dostawy: odczynników, kalibratorów materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań z koagulologii i mikrobiologii wraz z dzierżawą analizatorów do tych badań oraz dostawy testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi pełnej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 2. Z wyspecyfikowanych rodzajów butelek wynika, iż Zamawiający będzie miał do czynienia z hodowlą trudno rosnących drobnoustrojów takich jak *Haemophilus influenzae*, *Neisseria meningitidis* biorąc pod uwagę profil zakaźny i noworodkowy szpitala oraz wyspecyfikowane butelki pediatryczne. W związku z tym prosimy o podanie, w którym miejscu należy wpisać odpowiednią ilość koniecznego suplementu umożliwiającego hodowlę wyżej wymienionych drobnoustrojów oraz czy Zamawiający wymaga odpowiedniej ulotki producenta mówiącej o takim zaleceniu lub też odpowiednie dokumenty mówiące, że taki suplement jest niepotrzebny.
2. Dotyczy Pakietu Nr 2. Wnosimy o możliwość zaproponowania hodowli grzybów w jednej butelce wraz z hodowlą bakterii tlenowych lub beztlenowych lub też hodowli grzybów w butelce pediatrycznej, której Zamawiający wyspecyfikował najwięcej.
3. Dotyczy Pakietu nr 3. Czy Zamawiający dopuści testy na grzyby oznaczane poza aparatem?
4. Dotyczy Pakietu nr 4. Czy Zamawiający dopuści inny test do koagulazy (nie lateksowy, jeśli nie to czy wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 z pakietu Nr 4?
5. Dotyczy punktu 9 istotnych postanowień umowy. Ten punkt figuruje dwukrotnie. Czy został przez pomyłkę umieszczony dwa razy?
6. Dotyczy załącznika Nr 1. Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Załącznik Nr 1 jest umieszczony w SIWZ dwukrotnie, zważywszy na fakt, iż nie różni się niczym jeden od drugiego? Jakich informacji Zamawiający oczekuje w dokumencie o nazwie „wymagane oferowane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (nazwa Załącznika Nr 1 ze strony internetowej Zamawiającego)?
7. Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 2.1 wymagania wobec odczynników pkt 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora i odczynnika do fibrynogenu pracującego tylko metodą rozcieńczeniową Clausse’a?
8. Dotyczy Pakietów Nr: 2, 3, 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z terminami ważności zgodnie z zaleceniami producenta: Pakiet Nr 2 min. 4 miesiące, Pakiet Nr 3 poz. 2-4, 6, 9, 11 min. 4 miesiące, Pakiet Nr 4 min. 4-7 miesięcy.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie Nr 2 oferty wymagającej suplementu do hodowli bakterii wymagających.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 2 możliwość systemu hodowlanego, w którym hodowla bakterii i grzybów drożdżopodobnych następuje w jednym podłożu hodowlanym.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 3 ofertę testu lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych spoza aparatu pod warunkiem, że oznaczenie będzie wykonane metodą mikrorozcieńczeń z oznaczeniem wartości MIC. Oferta winna wówczas zawierać instrukcję wykonania testu oraz wszystkie dodatkowe odczynniki niezbędne do jego wykonania.

Ad. 4. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w Pakiecie Nr 4 innego niż lateksowy test do oznaczania koagulazy, nie wyraża również zgody na wyłączenie pozycji 7 z Pakietu Nr 4.

Ad. 5 Punkt XIV.9 ogólnych warunków umowy został omyłkowo wpisany dwukrotnie.

Ad. 6 Formularz Cenowy będący Załącznikiem Nr 1 do SIWZ określa zarówno potrzeby asortymentowo- ilościowe Zamawiającego jak i wymagania dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia stąd przywoływany jest w SIWZ „dwukrotnie”.

Ad.. 7 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Pakiecie Nr 1 analizatora i odczynnika do fibrynogenu pracującego tylko metoda rozcieńczeniową Clausse’a.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminów ważności przedmiotu zamówienia ujętego w Pakietach nr 2 – 4.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/