



.....

.....

Znak: AE/ZP-27-05/08

Tarnów, 2008-01-30

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający poprzez wymóg załączenia do oferty wykazu „dostaw odpowiadających swoim rodzajem” rozumie dostawy wyrobów medycznych?
2. Czy zamawiana gaza i kompresy gazowe, będą stosowane na bloku operacyjnym, czy muszą być wyrobem inwazyjnym krótkotrwałego użytku tj. sklasyfikowanym w klasie IIa, regule 7?
3. Dotyczy pkt XIV SIWZ „Ogólne warunki umowy” Czy Zamawiający zgodzi się:
 - a) na wykreślenie w ust. 8 pkt b)
 - b) na zmianę ust. 11 i nadanie następującego brzmienia:
„ Za opóźnienie w zapłacie Wykonawca może naliczyć odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej”.
 - c) na zmianę ust. 14 i nadanie następującego brzmienia:
„ W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców. W takim wypadku Zamawiający ma prawo domagać się od Wykonawcy zwrotu różnicy pomiędzy ceną za jaką dokonano zakupu, a ceną z oferty przetargowej Wykonawcy”.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zgodnie z § 1 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy- Zamawiający żąda załączenia do oferty wykazu dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, przez co w odniesieniu do przedmiotowego postępowania Zamawiający rozumie wyroby medyczne mieszczące się w klasie wyrobów nr 3314 (wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV).

Ad. 2

Zamawiający informuje, iż kompresy gazowe wymienione w Pakiecie Nr 1, 2 oraz gaza wymieniona w Pakiecie Nr 3 poz. 1 i 2 będą stosowane na bloku operacyjnym jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku - sklasyfikowane w klasie II a reguła 7.

Ad.3

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dotychczasowych zapisów w Ogólnych warunkach umowy. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/