



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-07/08

Tarnów, 2008-02-04

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy mieszadeł i cementu kostnego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy SIWZ pkt XIV.8 a) i b) Ogólne warunki umowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę we wzorze umowy w pkt 8 a): „zamówionej partii towaru” na „towarów nie dostarczonych w terminie”, w pkt 8b) „zamówionej partii towarów” na „towarów niezgodnych pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości”?
2. Dotyczy SIWZ pkt XIV.12 Ogólne warunki umowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w pkt 12: „zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”?
3. Dotyczy Formularza Cenowego - Załącznik Nr 1 do SIWZ poz. 2. Czy Zamawiający wymaga cementu z jednym antybiotykiem czy też z kombinacją antybiotyków, a jeżeli z kombinacją to jaka jest to kombinacja antybiotyków?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 – 2. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części dotyczącej ogólnych warunków umowy.

Ad 3 Zamawiający w Formularzu Cenowym - Załącznik Nr 1 do SIWZ poz. 2 wymaga cementu z kombinacją antybiotyków kolistyny i erytromycyny

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/