



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-101/08

Tarnów, 2008-10-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi pełnej wraz z dzierżawą kompatybilnych z nimi glukometrów.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie i dostarczenie roztworu kontrolnego do jednego poziomu ?
2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukometrów skalibrowanych do krwi pełnej nie do osocza oraz nie wymagających klucza kodującego ani innego sposobu kalibracji ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Dotyczy: Załącznika Nr 2 poz. 8 do SIWZ „Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia” - Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie roztworu kontrolnego do jednego poziomu.

Ad. 2

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania glukometrów skalibrowanych do krwi pełnej – nie do osocza, oraz nie wymagających klucza kodującego ani innego sposobu kalibracji.
Dotyczy: Załącznika Nr 2 poz. 7 do SIWZ „Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia” - Zamawiający podtrzymuje zapis w Załączniku Nr 2 do SIWZ poz. 7.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a