



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-102/08

Tarnów, 2008-10-23

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę pomp infuzyjnych perystaltycznych (objętościowych), pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych, oraz pomp do żywienia i nawadniania dojelitowego wraz z zestawem do podawania pokarmu.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2:** Czy Zamawiający wymaga, aby pompy współpracowały ze strzykawkami o wszystkich wymienionych rozmiarach : 5, 10, 20, 30, 50/60 ml?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 :** Czy Zamawiający wymaga strzykawek mocowanych od góry pompy, czy od czoła ?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2:** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę z możliwością dodatkowego mocowania w stacjach dokujących, zapewniających możliwość szybkiego montażu/demontażu pomp oraz przesyłanie informacji o prowadzonych infuzjach do systemu informatycznego oddziału? Jeżeli tak, to jak tego typu rozwiązanie będzie oceniane ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1** Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 2 pompy współpracujące ze strzykawkami o rozmiarach 5, 10, 20, 30, 50/60 ml.
- Ad.2** Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 2 pompy ze strzykawkami mocowanymi od góry pompy, jak i ze strzykawkami mocowanymi od czoła pompy.
- Ad.3** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 2 pompy z możliwością dodatkowego mocowania w stacjach dokujących. Kryteria oceny ofert zostały określone w punkcie V SIWZ i pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a