



Znak: AE/ZP-27-102/08

Tarnów, 2008-10-23

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę pomp infuzyjnych perystaltycznych (objętościowych), pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych, oraz pomp do żywienia i nawadniania dojelitowego wraz z zestawem do podawania pokarmu.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 1 i 2:** Czy Zamawiający wymaga przynajmniej 8 stopniowego programowania poziomu ciśnienia okluzji ?
- Dotyczy Ogólne warunki umowy :** Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 16 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:
„Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności jeśli zostanie o niej poinformowany przez Wykonawcę w terminie 14 dni przed dokonaniem cesji”
- Dotyczy Ogólne warunki umowy :** Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy poprzez wprowadzenie zmian w § 10:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 0,1 % wartości zamówionych urządzeń za każdy dzień zwłoki, jeżeli urządzenia nie zostały dostarczone w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność jednak nie więcej niż 10% nie dostarczonej dostawy.
b) 0,1 % wartości zamówionych urządzeń - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości jednak nie więcej niż 10% wartości wadliwej dostawy.
- Dotyczy Ogólne warunki umowy :** Czy Zamawiający zrezygnuje z postanowień zawartych w § 15 dotyczących obciążenia Wykonawcy kosztami zakupu interwencyjnego?
- Dotyczy Ogólne warunki umowy :** Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również w Pakiecie Nr 1 i 2 przynajmniej 8 stopniowe programowanie poziomu ciśnienia okluzji.

Ad.2-4 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.5 Zamawiający dopuszcza zmianę cen brutto w trakcie obowiązywania umowy w przypadku, gdy na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a