



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-106/08

Tarnów, 2008-12-17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO na dostawy endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego Specjalistycznego Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej o treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 4 dotyczącym endoprotezy stawu biodrowego bezcementowej krótkotrzeniowej wymaga aby trzpień był anatomiczny?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 5** - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 5 dotyczącym panewki rewizyjnej stawu biodrowego bezcementowej, dopuszcza zapis aby instrumentarium dostarczane było na czas zabiegu?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1** – Prosimy o doprecyzowanie opisu: czy Zamawiający wymaga trzpienia anatomicznego czy uniwersalnego?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1** – Zwracamy się z prośbą o dokładniejszy opis trzpienia modularnego?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1** – Prosimy o doprecyzowanie opisu: czy Zamawiający wymaga trzpienia anatomicznego czy uniwersalnego?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1** – W przypadku wkładki ceramicznej prosimy o podanie wymaganych rozmiarów?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1** – Prosimy o podanie podstawowych instrumentarium MIS?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 3** – Czy Zamawiający dopuszcza endoprotezę stawu biodrowego typu „Resurfacing” o następujących parametrach: kapa głowy kości udowej w 11 rozmiarach od 38 mm do 58 mm z krótkim trzpieniem zewężającym się dystalnie w kształcie stożka? Panewka wykonana ze stopu CoCr dostępna w 11 rozmiarach od 38 mm do 64 mm od zewnętrznej strony napylona porowatym tytanem (titanium plasma spray – TPS) oraz hydroksyapatytem, posiadająca zróżnicowany offset od 2 mm do 3,8 mm, dzięki czemu wzrasta wewnętrzne pokrycie kapy dla dużej głowy, co zapobiega wczesnym obciążeniom krawędzi panewki w mniejszych rozmiarach oraz oferuje ciągły wzrost zasięgu ruchu przy większych rozmiarach. W przypadku, kiedy nie będzie można założyć kapy opcjonalnie duża głowa w rozmiarach od 38 mm do 58 mm w czterech długościach szyjki oraz trzpień? Elementy: Kapa, opcjonalnie głowa i trzpień, panewka.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 7** – Czy Zamawiający w pakiecie dotyczącym endoprotezy rewizyjnej stawu biodrowego bezcementowej dopuści endoprotezę o następujących parametrach: „endoproteza bezcementowa rewizyjna stawu biodrowego, bezcementowa, modularna, na całej długości pokryta hydroksyapatytem, składająca się z dystalnego trzpienia w 6 rozmiarach i 4 długościach od 225 do 375 mm, blokowanego dystalnie do kości za pomocą śrub oraz elementu proksymalnego w dwóch długościach 25 i 35 mm. Głowa metalowa w czterech rozmiarach lub ceramiczna w trzech rozmiarach.”?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający w Pakiecie Nr 4 wymaga endoprotezy stawu biodrowego bezcementowej krótkotrzpieniowej z trzpieniem zgodnym z opisem zawartym w Załączniku Nr 2.4 do SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający w Pakiecie Nr 5 dotyczącym panewki rewizyjnej stawu biodrowego bezcementowej dopuszcza aby instrumentarium dostarczane było na czas zabiegu.

Ad. 3 - 5 W Pakiecie Nr 1 Zamawiający wymaga endoprotezy bezcementowej stawu biodrowego z trzpieniem zgodnym z opisem zawartym w Załączniku Nr 2.1 do SIWZ.

Ad. 6 W Pakiecie Nr 1 Zamawiający w odniesieniu do wkładki ceramicznej dopuszcza zaoferowanie posiadanych przez Wykonawcę rozmiarów, pod warunkiem że oferowane wkładki polietylenowe spełniają parametry określone w Załączniku Nr 2.1 do SIWZ

Ad.7 W Pakiecie Nr 1 Zamawiający podtrzymuje zapis w Załączniku Nr 2.1 - dotyczący instrumentarium.

Ad. 8 Zamawiający w Pakiecie Nr 3 dopuszcza również endoprotezę stawu biodrowego typu „Resurfacing” o następujących parametrach : kapa głowy kości udowej w 11 rozmiarach od 38 mm do 58 mm z krótkim trzpieniem zwężającym się dystalnie w kształcie stożka. Panewka wykonana ze stopu CoCr dostępna w 11 rozmiarach od 38 mm do 64 mm od zewnętrznej strony napylona porowatym tytanem (tytanium plasma spray – TPS) oraz hydroksyapatytem, posiadająca zróżnicowany offset od 2 mm do 3,8 mm, dzięki czemu wzrasta wewnętrzne pokrycie kapy dla dużej głowy, co zapobiega wczesnym obciążeniom krawędzi panewki w mniejszych rozmiarach oraz oferuje ciągły wzrost zasięgu ruchu przy większych rozmiarach, pod warunkiem, że w przypadku, kiedy nie będzie można założyć kapy - opcjonalnie duża głowa (w rozmiarach od 38 mm do 58 mm w czterech długościach szyjki) oraz trzpień. Elementy : panewka, kapa - opcjonalnie głowa i trzpień.

Zastosowana opcja nie może spowodować zmiany ceny kompletu.

W przypadku zaoferowania tego typu endoprotezy należy oferowane parametry ująć w Załączniku Nr 2.3 do SIWZ oraz wymienić i podać w Formularzu Cenowym ceny jednostkowe wszystkich elementów składających się na komplet.

Ad. 9 Zamawiający w Pakiecie Nr 7 dopuszcza również zaoferowanie długości pokryta hydroksyapatytem, składająca się z dystalnego trzpienia w 6 rozmiarach i 4 długościach od 225 do 375 mm, blokowanego dystalnie do kości za pomocą śrub oraz elementu proksymalnego w dwóch długościach 25 i 35 mm. Głowa metalowa w czterech rozmiarach lub ceramiczna w trzech rozmiarach.”.

Równocześnie w trybie art. 38 ust. 4 Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ w zapisach Załącznika Nr 2.7, a mianowicie; w pkt. 1. dotychczasowy zapis ”element udowy” zastępuje „trzpień”, natomiast w pkt 3 dotychczasowy zapis „rzepka” zastępuje „element krętarzowy”

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a