



Znak: AE/ZP-27-110/08

Tarnów, 2008-11-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy: odczynników, kalibratorów materiałów kontrolnych i zużywalnych, testów do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych dla Specjalistycznego Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie .

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej o treści:

1. **Dotyczy pakietu Nr 1 poz. 1** - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu do posiewu krwi o ilości miejsc 120, który jednocześnie spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?
2. **Dotyczy pakietu Nr 1 poz. 3** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie do hodowli grzybów podłoży uniwersalnych zapewniających wzrost bakterii i grzybów w jednej butelce?
3. **Dotyczy pakietu Nr 1 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuszcza czas reakcji serwisu do 48 godzin od zgłoszenia awarii?
4. **Dotyczy pakietu Nr 1 poz. 2 - 5** - Czy Zamawiający może wyspecyfikować liczbę nasadek, biorąc pod uwagę, iż najczęściej jedno pobranie to komplet: butelka tlenowa i beztlenowa oraz wyraża zgodę na rozszerzenie formularza cenowego, by uwzględnić wycenę akcesoria niezbędnych do wykonania badania?
5. **Dotyczy pakietu Nr 2 poz. 2 – 11 oraz 12** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na odczynniki z terminem ważności minimum 4 miesiące?
6. **Dotyczy pakietu Nr 3 poz. 1 – 4 oraz poz. 8 - 11** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na odczynniki z terminem ważności minimum 7 miesięcy?
7. **Dotyczy pakietu Nr 3 poz. 5 – 7 oraz poz. 12** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na odczynniki z terminem ważności minimum 4 miesiące?
8. **Dotyczy pakietu Nr 6.2** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na odczynniki z terminem ważności minimum 7 tygodni?
9. **Dotyczy pakietu Nr 6.6** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na odczynniki z terminem ważności minimum 4 miesiące?
10. **Dotyczy pakietu Nr 8.1** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na odczynniki z terminem ważności minimum 7 miesięcy?
11. **Dotyczy ogólnych warunków umowy** - Czy Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?
„Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
numeru katalogowego produktu
 - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
 - przedmiotowym/produkt zamienny
 - sposobu konfekcjonowania
 - liczby opakowań
 - wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:
 - o wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony

- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową
- zmieni się liczba badań objętych zapotrzebowaniem zamawiającego
- nastąpi zmiana organizacji pracy laboratorium Zamawiającego
- zaistnieje konieczność wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w związku z postępem technologicznym.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla zamawiającego.”

- Dotyczy pakietu Nr 7** – Czy zamawiający wymaga dołączenia kalkulatora w wersji elektronicznej określającego prawdopodobieństwo skuteczności leku (BMQ), na bazie wartości BP i MIC?
- Dotyczy ogólnych warunków umowy** – Czy Zamawiający zgodzi się dodać do punktu 7: „W przypadku gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, 80% ilości towarów określonej, w niniejszej umowie, okres obowiązywania umowy automatycznie przedłuży się do dnia zrealizowania przez Wykonawcę umowy w takim (80%) zakresie, nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej podpisania. Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”
- Dotyczy ogólnych warunków umowy** – Czy Zamawiający zgodzi się dodać do punktu 9: „W przypadku trzykrotnego opóźnienia Zamawiającego w zapłacie należności z tytułu niniejszej umowy Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.”

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 aparatu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych o ilości miejsc 120, który jednocześnie spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 3 podłoży uniwersalnych zapewniających wzrost bakterii i grzybów w jednej butelce.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza w pakiecie Nr 1 poz. 1 czas reakcji serwisu, tj. usunięcia awarii aparatu do 48 godzin od zgłoszenia awarii.

Ad. 4 Zgodnie z zapisem SIWZ (Załącznik Nr 2.1) przedmiot zamówienia ujęty w Pakiecie Nr 1 poz. 2 – 5, tj. butelki z pożywkami winny być dostarczane z uchwytem do pobierania krwi – dotyczy to wszystkich dostarczanych butelek. Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielanie w Formularzu Cenowym butelek od uchwytów.

Ad. 5 – 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów ważności określonych dla odczynników w SIWZ.

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy w zakresie dopuszczalności wprowadzania zmian w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę.

Ad. 12 Zamawiający nie wymaga załączenia w Pakiecie Nr 7 kalkulatora określającego prawdopodobieństwo skuteczności leku (BMQ), na bazie wartości BP i MIC

Ad. 13 – 14 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu 7 i 9 „Ogólnych warunków umowy” (punkt XV SIWZ). W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a