



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

.....
.....
.....

Znak: AE/ZP-27-11/08

Tarnów, 2008-02-26

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy filmów ogólnodiagnostycznych i odczynników do rtg.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej o treści:

Pytanie Nr 1

Czy w punkcie 6 określającym wymagania co do kontrastu średniego (gradientu- $A_v G_{rdnt}$) prawidłowo wpisana jest jednostka (g/m^2)?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

W Załączniku Nr 2 pkt 6 Zamawiający zmienia zapis z: „kontrast średni (gradient) $A_v G_{rdnt} \geq 2,8 g/m^2$ ” na zapis: „kontrast średni (gradient) $A_v G_{rdnt} \geq 2,8$ ”.

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a

