



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-114/08

Tarnów, 2008-12-02

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę urządzeń medycznych: ssaków, aparatów KTG, aparatów EKG, podgrzewacza krwi i płynów infuzyjnych, zewnętrznych stymulatorów serca oraz rejestratorów holterowskich.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ssaków o wydajności ssania 40l/min?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 ssak o wydajności ssania agregatu 40l/min oraz pojemniki na wydzieliny o pojemności 4l?
3. **Dotyczy Pakiet Nr 3, Załącznika Nr 2.3 poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z ekranem graficznym z możliwością podglądu 3, 6 odprowadzeń w czasie rzeczywistym?
4. **Dotyczy Pakiet Nr 3, Załącznik Nr 2.3 poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści papier o szerokości 210 mm?
5. **Dotyczy Pakiet Nr 3, Załącznik Nr 2.3 poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG o szerokości papieru 108mm?
6. **Dotyczy Pakiet Nr 3** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG o czułości regulowanej w zakresie 5/10/20 mm/m V?
7. **Dotyczy Pakiet Nr 3** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu EKG o szerokim paśmie rejestrowanego sygnału, min. 0,05-300 Hz?
8. **Dotyczy Pakiet Nr 3** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu EKG o wysokiej częstotliwości próbkowania, min. 1.000 próbek/sekundę/kanal?
9. **Dotyczy Pakiet Nr 3** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu EKG umożliwiającego wykrywanie impulsów stymulatora z wysoką częstotliwością, min. 10.000 próbek/sekundę/kanal?
10. **Dotyczy Pakiet Nr 3** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu EKG wyposażonego w wysokiej klasy przetwornik analogowo/cyfrowy, min. 20 bitów?
11. **Dotyczy Pakiet Nr 3** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu EKG posiadającego pamięć min. 50 ostatnio zarejestrowanych badań?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 6** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania rejestrator bez bezprzewodowej komunikacji z komputerem?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 6** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania rejestrator bez podglądu zapisu EKG na ekranie komputera w czasie rzeczywistym?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 6** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rejestratora o wysokiej częstotliwości próbkowania, min. 1.000 próbek/sekundę/kanal?

15. **Dotyczy Pakietu Nr 6** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rejestratora umożliwiającego wykrywanie impulsów stymulatora z wysoką częstotliwością, min. 10.000 próbek/sekundę/kanal?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 6** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rejestratora wyposażonego w wysokiej klasy przetwornik analogowo/cyfrowy, min. 20 bitów?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 3** - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością wpisania do wydruku danych pacjenta, bez możliwości wprowadzenia danych lekarza i oddziału?
18. **Dotyczy pakietu Nr 3** - Czy Zamawiający dopuści aparat z ekranem graficznym z możliwością podglądu 3 i 6 kanałów w czasie rzeczywistym?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 3** - Czy Zamawiający dopuści prędkość zapisu 12,5; 25; 50; mm/s?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 3** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparaty EKG z papierem o szerokości 210 mm lub 216 mm – do wyboru papier składanka lub rolka?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 6 Załącznik Nr 2.6 poz. 11** - Czy Zamawiający dopuści rejestrator bez bezprzewodowej komunikacji rejestratora z komputerem?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 6 Załącznik Nr 2.6 poz. 19** - Czy Zamawiający dopuści instrukcję obsługi w j. polskim bez dostawy ssaków?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 6 Załącznik Nr 2.6 poz. 18** - Proszę o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dołączone osobno dla każdego z 2 egzemplarzy holtera, czy też jeden egzemplarz oprogramowania wystarczy na dwa rejestratory?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik nr 2.4 poz. 2** - Czy Zamawiający zmieni zapis w SIWZ i będzie wymagał urządzenia, które jest w stanie ogrzewać krew i płyny infuzyjne dla przepływów min. 50ml/min (3000ml/h)?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik nr 2.4 poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością regulacji temperatury w zakresie 30-39° C, co 1° C?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik nr 2.4 poz. 4** - Czy zamawiający zmieni zapis w SIWZ i będzie wymagał urządzenia wyposażonego w termometr i system alarmowy?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik nr 2.4 poz. 9** - Czy Zamawiający dopuści suchy podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjny umożliwiający podgrzewanie płynów podawanych pacjentom podczas infuzji przy zastosowaniu specjalnych kaset-zestawów do infuzji?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 i 2

Dotyczy Pakietu Nr 1 - Zamawiający nie dopuści ssaka o wydajności ssania 40l/min. Zamawiający dopuszcza ssak z dwoma pojemnikami na wydzieliny 4l.

Ad. 3 i 18

Dotyczy Pakietu Nr 3, Załącznik Nr 2.3 poz. 4 - Zamawiający nie dopuszcza aparatu EKG z ekranem graficznym z możliwością podglądu 3, 6 odprowadzeń w czasie rzeczywistym.

Ad. 4

Dotyczy Pakietu Nr 3, Załącznik Nr 2.3 poz. 7 - Zamawiający nie dopuści papieru o szerokości 210 mm.

Ad.5

Dotyczy Pakietu Nr 3, Załącznik Nr 2.3 poz. 7 - Zamawiający nie dopuści aparatu EKG o szerokości papieru 108mm.

Ad. 6

Dotyczy Pakietu Nr 3 – Zamawiający nie dopuści aparatu EKG o czułości regulowanej w zakresie 5/10/20 mm/m V.

Ad. 7

Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 - Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu, ale dopuszcza zaoferowanie aparatu EKG o szerokim paśmie rejestrowanego sygnału, min.0,05-300 Hz.

Ad. 8

Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 - Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu, ale dopuszcza zaoferowanie aparatu EKG o wysokiej częstotliwości próbkowania, min. 1.000 próbek/sekundę/kanał.

Ad. 9

Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 - Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu, ale dopuszcza zaoferowanie aparatu EKG umożliwiającego wykrywanie impulsów stymulatora z wysoką częstotliwością, min. 10.000 próbek/sekundę/kanał.

Ad. 10

Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 - Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu, ale dopuszcza zaoferowanie aparatu EKG wyposażonego w wysokiej klasy przetwornik analogowo/cyfrowy, min. 20 bitów.

Ad. 11

Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 - Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu, ale dopuszcza zaoferowanie aparatu EKG posiadającego pamięć min. 50 ostatnio zarejestrowanych badań.

Ad. 12

Dotyczy Pakietu Nr 6 Załącznik Nr 2.6 - Zamawiający nie dopuści do postępowania rejestratora bez bezprzewodowej komunikacji z komputerem.

Ad. 13

Dotyczy Pakietu Nr 6 Załącznik Nr 2.6 - Zamawiający nie dopuści rejestratora bez podglądu zapisu EKG na ekranie komputera w czasie rzeczywistym.

Ad. 14

Dotyczy Pakietu Nr 6 Załącznik Nr 2.6 - Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu ale dopuszcza zaoferowanie rejestratora o wysokiej częstotliwości próbkowania, min. 1.000 próbek/sekundę/kanał.

Ad. 15

Dotyczy Pakietu Nr 6 Załącznik Nr 2.6 - Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu ale dopuszcza zaoferowanie rejestratora umożliwiającego wykrywanie impulsów stymulatora z wysoką częstotliwością, min. 10.000 próbek/sekundę/kanał.

Ad. 16

Dotyczy Pakietu Nr 6 Załącznik Nr 2.6 - Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu ale dopuszcza zaoferowanie rejestratora wyposażonego w wysokiej klasy przetwornik analogowo/cyfrowy, min. 20 bitów.

Ad. 17

Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 – Zamawiający nie dopuści aparatu EKG z możliwością wpisania do wydruku danych pacjenta, bez możliwości wprowadzenia danych lekarza i oddziału.

Ad. 19

Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 - Zamawiający nie dopuści prędkość zapisu 12,5; 25; 50; mm/s.

Ad. 20

Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 2.3 – Zamawiający nie dopuści wysokiej klasy aparaty EKG z papierem o szerokości 210 mm lub 216 mm – do wyboru papier składanka lub rolka.

Ad. 21

Dotyczy Pakietu Nr 6 Załącznik Nr 2.6 poz. 11 - Zamawiający nie dopuści rejestratora bez bezprzewodowej komunikacji rejestratora z komputerem.

Ad. 22

Dotyczy Pakietu Nr 6 Załącznik Nr 2.6 poz. 19 - Załącznik nr 2.6 poz.19 dotyczy instrukcji obsługi rejestratora holterowskiego.

Ad. 23

Dotyczy Pakietu Nr 6 Załącznik Nr 2.6 poz. 18 - Zamawiający wymaga dostarczenia jednego egzemplarza oprogramowania do 2 sztuk rejestratorów.

AD.24

Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 2.4 poz. 2 - do SIWZ „Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia” Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ w Załącznik nr 2.4 poz. 2 dotyczący szybkości przepływu.

AD. 25

Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 2.4 poz. 6 – Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z możliwością regulacji temperatury w zakresie 30-39° C, co 1° C.

AD.26

Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 2.4 poz. 4 – Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w alarmy dźwiękowe i wizualne (w cyfrowy wyświetlacz temperatury) informujące o zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze.

AD. 27

Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 2.4 poz. 9 - do SIWZ „Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia” Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ w Załącznik nr 2.4 poz. 9.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a