



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

.....
.....
.....

Znak: AE/ZP-27-14/08

Tarnów, 2008-04-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO na dostawy endoprotez: monokondylarnych stawu kolanowego, całkowitych stawu ramennego, połowicznych stawu biodrowego typu Austin-Moorea; zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki, mieszadeł i cementu kostnego.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej o treści:

Pytanie Nr 1

Dotyczy : Pakiet Nr 5

Czy Zamawiający wymaga cementu z jednym antybiotykiem czy też z kombinacją antybiotyków, a jeżeli z kombinacją to, jaka jest to kombinacja antybiotyków?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 2 wymaga cementu z kombinacją antybiotyków kolistyny i erytromycyny.

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a



ISO 9001:2000