AE/ZP-27-14/08 **Załącznik Nr 2.2**

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Uwaga! Zamawiający nie uzna odpowiedzi "tak/nie w odniesieniu do żądanego zakresu informacji "opisać"

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Minimalny zakres informacji**	**Oferowane parametry przedmiotu zamówienia**
	Pakiet Nr 2 - Endoprotezy całkowite stawu ramiennego		
	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez całkowitych stawu ramiennego		
1.	Trzpień:		
	bezcementowy	opisać	
	wykonany z tytanu	opisać	
	w min. 10 rozmiarach	wymienić dostępne rozmiary	
2.	Głowa:		
	standardowa	opisać	
	w min. 5 rozmiarach od 40 mm do 56 mm ze skokiem co 4 mm i w min. 3 wysokościach: 15 mm, 18 mm, 21 mm	wymienić dostępne rozmiary	
3.	Część panewkowa		
	wykonana z polietylenu	opisać	
	mocowana za pomocą cementu	Opisać	
	w 3 wersjach: panewka mocowana klinem, 5 gładkimi bolcami lub 3 bolcami i bolcem kotwiczącym	Opisać	
4.	dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) na okres trwania umowy	opisać	
	Podać informację	**Minimalny zakres informacji**	**Określić**
1.	W ofercie głowy niesymetryczne	Opisać	
2.	Rozmiary głów niesymetrycznych	Wymienić	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty