



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

.....
.....
.....

Znak: AE/ZP-27-16/08

Tarnów, 2008-03-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy kaniul do wlewów dożylnych oraz przyrządów do pobierania płynu infuzyjnego.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej o treści:

Pytanie Nr 1

Dotyczy : Pakiet Nr 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kaniule bez portu z dodatkowym zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia ?

Pytanie Nr 2

Dotyczy : Pakiet Nr 1 poz.2-6

Czy Zamawiający przez zastawkę jednokierunkową uniemożliwiającą cofanie się płynów rozumie wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej wypływowi krwi w momencie wkłucia?

Pytanie Nr 3

Dotyczy : Pakiet Nr 1 poz.1-6

Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule były jednego producenta?

Pytanie Nr 4

Dotyczy : Pakiet Nr 2 poz.1

Prosimy o dopuszczenie przyrządu z filtrem 0,2um, który jest dokładniejszy, przez co w sposób bardziej efektywny zapewnia filtrację antybakteryjną.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie Nr 1 poz.1 zaoferowania kaniuli bez portu z dodatkowym zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia.

Ad.2

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.2-6 podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania kaniuli do wlewów dożylnych z dodatkowym portem iniecyjnym (bocznym) z zastawką jednokierunkową uniemożliwiającą cofanie się płynów oraz stałym koreczkiem/ zatyczką.

Ad.3

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.1-6 dopuszcza zaoferowanie kaniuli od jednego lub kilku producentów.

Ad.4

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz.1 podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania sterylnego przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażonego w filtr bakteryjny 0,45 mm zapewniający jałowość płynu minimum 24 godz.

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a